

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí  
zadávací dokumentace

Věc:

**Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“), poskytnutí dodatečných informací z vlastní iniciativy Zadavatele dle ust. § 49 odst. 4 ZVZ a oznámení dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ**

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | <b>Příslušenství k laseru pro povlakování</b>                                                   |
| Evidenční číslo zakázky: | 343245                                                                                          |
| Zadavatel:               | <b>Západočeská univerzita v Plzni</b><br>sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň<br>IČO: 497 77 513  |
| Zástupce zadavatele:     | <b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol.</b><br>se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň |

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

**Dotaz č. 1 dodavatele:**

Podavač prášku

orig. text Podavač prášku musí být vybaven míchadlem prášku s elektrickou regulací otáček v rozsahu 0-100%

**lze nahradit, lze chápat ve smyslu** Podavač prášku musí být vybaven míchadlem prášku umožňujícím řídit počet otáček za minutu v rozsahu 0-100% ?

**Odpověď na dotaz č. 1 dodavatele:**

Ano, požadavek zadavatele je, aby byla možnost regulace otáček míchadla prášku v rozsahu 0-100% maximálních otáček, není požadováno zadávání rychlosti v počtu otáček za minutu.

**Dotaz č. 2 dodavatele:**

Povlakovací hlava

orig. text Fokální vzdálenost fokusační čočky musí být v intervalu od 240 do 260 mm

orig. text Fokální vzdálenost kolimační čočky musí být v intervalu od 120 do 160 mm

**je možno nahradit, lze chápat ve smyslu**

Zobrazovací poměr pracovní optiky (poměr ohniskové vzdálenosti fokusační čočky a ohniskové vzdálenosti kolimační čočky) musí být v intervalu 1,5 až 2,2 ?

**Odpověď na dotaz č. 2 dodavatele:**

Ano, pro laserové procesy je základní parametr velikost laserové stopy a ta je závislá na poměru fokální (ohniskové) vzdálenosti fokusační a kolimační čočky. Nicméně poměr fokálních vzdáleností nedefinuje celkovou velikost procesní hlavy a je to tedy nejednoznačný parametr. Proto zadavatel použil obvyklejší definici pomocí fokálních vzdáleností jednotlivých čoček, které zároveň definují i velikost procesní hlavy.

**Dodatečné informace dle ustanovení § 49 odst. 4 ZVZ**

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 4 ZVZ tímto poskytuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

**Informace č. 1:**

Zadavatel upřesňuje technické podmínky zařízení obsažené v článku 3.1 zadávací dokumentace, a to konkrétně v následujících částí:

**Povlakovací hlava musí splňovat následující požadavky a umožnit následující funkce:**

- Fokální vzdálenost fokusační čočky povlakovací hlavy musí být v intervalu od 240 do 260 mm.
- Fokální vzdálenost kolimační čočky povlakovací hlavy musí být v intervalu od 120 do 160 mm.

Nové znění této části je následující:

**Povlakovací hlava musí splňovat následující požadavky a umožnit následující funkce:**

- Fokální vzdálenost fokusační čočky povlakovací hlavy musí být v intervalu od 200 do 260 mm.
- Fokální vzdálenost kolimační čočky povlakovací hlavy musí být v intervalu od 100 do 160 mm.

**Podavač prášku musí splňovat následující požadavky a umožnit následující funkce:**

- Násypky podavače prášku musí být vybaveny míchadlem prášku s elektrickou regulací otáček v rozsahu 0 až 100% (Electric driven stirrer controlled).

Nové znění této části je následující:

**Podavač prášku musí splňovat následující požadavky a umožnit následující funkce:**

- Násypky podavače prášku musí být vybaveny míchadlem prášku s možností volby minimálně dvou rychlostí otáček míchadla.

### **Prohlídka místa plnění:**

Dne 22. května 2013 v době od 12:00 do 14:00 hodin se uskuteční prohlídka místa plnění (pracoviště a přístrojů, kterých se výběrové řízení týká) na adrese Teslova 11, Plzeň.

### **Oznámení Zadavatele dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ**

Zástupce Zadavatele v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ dále oznamuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, následující:

Vzhledem k tomu, že Zadavatel změnil zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (viz. výše), zároveň prodloužil v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 ZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, že činí celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Dne 16. dubna 2013 zástupce Zadavatele odeslal k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek opravil.

Vzhledem k uvedenému postupu zástupce Zadavatele v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 ZVZ prodlužuje lhůtu v zadávacím řízení takto:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. června 2013 v 10:00 hodin.**

V návaznosti na to dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, když:

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. června 2013 v 11:00 hodin.**

Otevírání obálek proběhne v sídle Zadavatele na adrese Univerzitní 8, Plzeň v zasedací místnosti č. R007.

V Plzni dne 16. dubna 2013

Mgr. Helena Draslarová, advokátní koncipientka  
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.  
v plné moci za zástupce zadavatele