

V. **Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 156 odst. 1 písm. d) ZVZ**

**Ekonomická
výhodnost nabídky:**

Zadavatel zvolil hodnocení nabídek na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky z důvodu, aby byla dostatečně zajištěna a zhodnocena kvalita technických parametrů jednotlivých přístrojů.

Dílčí hodnotící kritéria:

1. Dílčí hodnotící kritéria pro část 1: Veřejná zakázka na dodávku analyzátoru spektra

**Nabídková cena
váha 75%**

Zadavatel přiřadil dílčímu hodnotícímu kritériu nabídkové ceny váhu 75 %, neboť toto dílčí hodnotící kritérium ve vztahu k dílčímu hodnotícímu kritériu „vlastní šum DANL“ považuje za významné.

**vlastní šum DANL
váha 25%**

Vlastní šum je podstatný parametr pro měření šumu, proto je zapotřebí, aby se vahou 25 % podílel na hodnocení této části veřejné zakázky.

2. Dílčí hodnotící kritéria pro část 2: Veřejná zakázka na dodávku kalibračního multimetru

**Nabídková cena
váha 55%**

Zadavatel stanovil dílčímu hodnotícímu kritériu nabídkové ceny váhu 55 % s ohledem na význam ostatních dílčích hodnotících kritérií pro správnou funkčnost kalibračního multimetru.

**přesnost měření DC
napětí
váha 25%**

Jedná se o nejdůležitější parametr kalibračního multimetru. S ohledem na význam dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny je váha 25 % adekvátní pro dosažení správných vlastností kalibračního multimetru.

**přesnost měření AC
napětí
váha 20%**

Druhý nejdůležitější parametr kalibračního multimetru. S ohledem na význam dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny je váha 20 % adekvátní pro dosažení správných vlastností kalibračního multimetru.

3. Dílčí hodnotící kritéria pro část 3: Veřejná zakázka na dodávku dvoukanálového generátoru a čtyřkanálového osciloskopu

**Nabídková cena
váha 55%**

Zadavatel stanovil dílčímu hodnotícímu kritériu nabídkové ceny váhu 55 % s ohledem na význam ostatních dílčích

hodnotících kritérií pro správné funkční vlastnosti obou přístrojů.

jitter generátoru
váha 15%

Základní parametr generátoru, jako zdroje přesného kmitočtu pracujícího s vnějším normálem kmitočtu.

hloubka paměti
osciloskopu
váha 5%

Po frekvenčním rozsahu a vzorkovací rychlosti jde o nejdůležitější parametr osciloskopu - výrazně ovlivňuje možnost měřit dlouhodobější děje.

funkce pro analýzu
signálu osciloskopu
váha 25%

Funkce analýzy signálu výrazně ovlivňují užité vlastnosti přístroje.