

I. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

5 část: veřejná zakázka s názvem **Teplotní aparatura**

Technická podmínka: **Odůvodnění**

TEPLOTNÍ APARATURA

Dodané zařízení musí umožňovat ...

Potřeba měření rozsáhlých teplotních experimentů a aparaturou podporující min. termočlánky, teplotní sondy, atd. Nezbytná je také zjednodušená administrace parametrů snímačů načtením např. kalibračních údajů (TEDS podpora).

Dále musí aparatura splňovat ...

Jedná se o standardní komunikační rozhraní, kterými jsou vybavena PC Zadavatele.

Kabely připojující aparaturu s PC musí mít délku min. 5 m.

Nutnost pro umístění aparatury nejen v těsné blízkosti řídicího PC.

Součástí dodávky musí být transportní kufr nebo pouzdro...

Nutnost pro komfortní transport aparatury určené pro měření teplotních polí mimo dosah laboratoře.

Ukládání dat do PC musí být možné v nativním formátu...

Nutnost pro další zpracování dat.

Zadavatel požaduje minimálně dvě (2) pevné licence...

Potřeba uskutečňovat měření nezávisle na následném vyhodnocování popř. nezávisle na výukovém procesu v jednom časovém období.

Software musí být kompatibilní s operačními systémy již nainstalovanými v zařízení Zadavatele ...

Operační systémy jsou standardem na pracovišti Zadavatele a bez splnění tohoto požadavku nelze efektivně využít dodané zařízení.

Ostatní:

Prvotní uvedení do provozu a telefonická podpora

Vzhledem ke komplexnosti dodávky je uvedení do provozu a zaškolení obsluhy nezbytnou podmínkou pro správné použití dodané aparatury. Telefonická podpora je důležitá pro zajištění možnosti řešení aktuálních technických problémů při používání aparatury např. při jedinečných a neopakovatelných stavech.