

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Dodávka univerzální depoziční vakuové aparatury pro projekt NTIS
Evidenční číslo zakázky:	352682
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 497 77 513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 dodavatele:

Bod F) Systém pro výměnu vzorků bez zavzdušnění depoziční komory - chybí popis jak se má dostat substrát z pomocné vakuové komory do depoziční komory a nazpátek. Požaduje zadavatel manipulátor s lineárním pohonem? Ručně ovládaný nebo automatický?

Odpověď na dotaz č. 1 dodavatele:

Zadavatel nestanovuje žádné další detaily konstrukce systému pro výměnu vzorků (load lock), než jsou požadované v bodě F) zadávací dokumentace, tedy nestanovuje ani způsob transportu substrátu.

Dotaz č. 2 dodavatele:

V bodě M2) se hovoří o "Control of the load lock systém". Tedy asi o automatický / elektromotorický poháněný pohyb?

Odpověď na dotaz č. 2 dodavatele:

Bez ohledu na jakékoliv detaily konstrukce systému pro výměnu vzorků (load lock), zadavatel požaduje jeho ovládání řídicím systémem depoziční aparatury podle bodu M) zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3 dodavatele:

Bod H1) HiPIMS Power Supply – zadavatel požaduje jen maximální napětí v pulzu alespoň 2kV. Je tato hodnota 2kV stanovena jako jediné možná? Hodnota 1kV nevyhovuje?

Odpověď na dotaz č. 3 dodavatele:

Zadavatel nepřipouští jiné maximální napětí v pulzu, než je požadovaná hodnota 2 kV.

V Plzni dne 11.11.2013

.....
JUDr. Petra Volín
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele