

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „ZVZ“) a oznámení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Název veřejné zakázky:	Měřicí technika pro laboratoř „Vestavěné systémy“
Evidenční číslo zakázky:	371129
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČO: 497 77 513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě žádosti dodavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz dodavatele č. 1:

Logický analyzátor - vybavení pro práci s FPGA obvody - prosím o upřesnění výrobce FPGA obvodů, které má logický analyzátor podporovat.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Na Fakultě aplikovaných věd, katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni se dlouhodobě pracuje s obvody FPGA firmy Xilinx s tím, že veškerá dosud používaná vývojová prostředí, vývojové kity a sondy podporují a spolupracují s těmito obvody.

Dotaz dodavatele č. 2:

Signálový analyzátor - požadavek na "Multiport adaptér" je příliš obecný. Vyhovuje tomuto požadavku adaptér s možností současně a soufázově analyzovat až 4 měřicí kanály, kde budou osazeny pouze 2 kanály? Možnost budoucího rozšíření na 4 kanály bude zachována.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Ano, takový adaptér požadavku vyhovuje.

Dotaz dodavatele č. 3:

Signálový analyzátor - přesnost 2% - k jakému parametru se tato přesnost vztahuje? Je to k amplitudě nebo k EVM?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Uvedená přesnost 2% se týká EVM – (vektorový generátor).

**Oznámení Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek
dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ**

Zástupce Zadavatele v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ dále oznamuje všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, následující:

Vzhledem k tomu, že Zadavatel upřesnil zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (viz výše), tímto současně prodlužuje v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek činí celou původní délku lhůty pro podání nabídek, a to ode dne odeslání těchto dodatečných informací.

Dne 19. prosince 2013 zástupce Zadavatele odeslal k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek uvedl v novém znění.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. února 2014 ve 13:00 hodin.

V návaznosti na to dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, když:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. února 2014 ve 14:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne v sídle Zadavatele na adrese Univerzitní 8, Plzeň v zasedací místnosti č. R007.

V Plzni dne 19. 12. 2013

Mgr. Andrea Nácalová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele