

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

I. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14 497 77 513
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
Název veřejné zakázky	Příslušenství k FT-IR spektrometru Část 4: Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace
Druh řízení	otevřené nadlimitní řízení
Evidenční číslo zakázky	377502

II. Předmět veřejné zakázky, zvolený druh zadávacího řízení:

Zadavatel odeslal dne 10. 2. 2014 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o veřejné zakázce s názvem „Příslušenství k FT-IR spektrometru“, přičemž tato veřejná zakázka byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 13. 2. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 377502. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky podle ustanovení § 8 ZVZ, jejímž předmětem je dodávka nových, plně funkčních a kompletních zařízení včetně softwaru umožňujícího plné využití pro laboratoře projektu CENTEM 3.

Veřejná zakázka byla v souladu s ustanovením § 98 ZVZ, rozdělena na čtyři části, přičemž uchazeči byli oprávněni podat nabídku do všech částí veřejné zakázky nebo jen do některých částí veřejné zakázky nebo jen do jedné části veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla rozdělena na části takto:

Část	Název části
1.	Referenční zdroj záření – vysokoteplotní černé těleso – s kalibrací
2.	Laser pro ohřev vzorků s příslušenstvím
3.	Přesná metalografická rozbrušovací pila s příslušenstvím
4.	Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace

Tato písemná zpráva zadavatele se vztahuje pouze k části čtvrté shora uvedené veřejné zakázky s názvem „Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace“.

Předmětem části čtvrté shora uvedené veřejné zakázky s názvem „Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace“ byla dodávka termovizního kamerového systému pro stacionární aplikace.

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 30. 6. 2014 kupní smlouvu na dodávku uvedených přístrojů s následujícím uchazečem:

SpektraVision s.r.o.

společnost s ručením omezeným

IČO: 247 69 118

se sídlem Nupaky 128, PSČ 251 01

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172801

Cena za dodávku výše uvedeného zařízení tvořícího předmět shora uvedené veřejné zakázky činí dle kupní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem celkem **698.000,- Kč bez DPH**.

IV. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Ve lhůtě pro podání nabídek v předmětném zadávacím řízení byly podány celkem dvě nabídky, a to ze strany níže uvedených uchazečů:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče	Nabídková cena bez DPH
1.	Workswell s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 290 48 575 se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Dr. Zikmunda Wintra 376/5, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162737	743.000,- Kč
2.	SpektraVision s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 247 69 118 se sídlem Nupaky 128, PSČ 251 01 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172801	698.000,- Kč
3.	„TMV SS“ spol. s r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 448 49 443	465.960,- Kč

	se sídlem Praha 4, Studánková č.p. 395, PSČ 149 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6115	
--	--	--

V. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení s odůvodněním jejich vyloučení:

U všech shora uvedených uchazečů bylo následně hodnotící komisí posouzeno prokázání splnění kvalifikace z hlediska požadavků ustanovení § 59 odst. 1 ZVZ, a zároveň byly v souladu s ustanovením § 76 ZVZ posouzeny nabídky těchto uchazečů. V této souvislosti došlo ze strany hodnotící komise k vyřazení nabídky níže uvedeného uchazeče, který byl následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení na zadání shora uvedené veřejné zakázky.

a) Vyloučení uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 3

„TMV SS“ spol. s r.o.

společnost s ručením omezeným

IČO: 448 49 443

se sídlem Praha 4, Studánková č.p. 395, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6115

- 1) V souladu s čl. 4.2. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který mimo jiné předloží potvrzení příslušného finančního úřadu k prokázání předpokladu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ.

Za účelem prokázání splnění shora uvedeného základního kvalifikačního předpokladu předložil uchazeč č. 3 na str. 6 své nabídky potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 28. 2. 2014 o tom, že nemá daňové nedoplatky vůči orgánům Finanční správy České republiky. Uvedený dokument však neprokazuje splnění příslušného základního kvalifikačního předpokladu vymezeného shora, neboť tento neobsahuje doložku autorizované konverze, popř. podpis či razítko osoby, která jej vystavila.

- 2) Zadavatel stanovil v článku 3.1. zadávací dokumentace minimální technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jakožto obligatorní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, s tím, že nebude-li zařízení, které uchazeč v rámci své nabídky zadavateli nabídne, odpovídat všem technickým parametrům zde uvedeným nebo nebude-li obsahovat všechny stanovené součásti, bude taková nabídka z výběrového řízení vyřazena.

Uchazeč pak měl v rámci své nabídky jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy uvést technickou specifikaci a popis jím konkrétně nabízeného předmětu plnění, z nichž musí být zřejmé, že zařízení splňuje minimální technické parametry uvedené v zadávacích podmínkách.

V čl. 3.1. zadávací dokumentace (konkrétně na str. 9 - 11 zadávací dokumentace) vymezil zadavatel technické parametry požadovaného zařízení.

- a) Pokud se jedná o termovizní kamerový systém, stanovil zadavatel, že minimální teplotní rozsah musí činit -20 až 2000°C, celý rozsah musí být pokryt maximálně čtyřmi základními teplotními podrozsahy s tím, že celkový počet podrozsahů není omezen.



Z nabídky uchazeče č. 3, konkrétně přílohy č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy však nevyplývá, že by uchazečem č. 3 nabízené zařízení disponovalo požadovaným teplotním rozsahem, resp. že by maximální hodnota požadovaného teplotního rozsahu kamery byla 2000°C nebo vyšší. Z nabídky uchazeče č. 3 pouze vyplývá, že podrozsahy kamery jsou - 40 až 150°C a 100 až 650°C. Splnění výše uvedeného požadavku zadavatele pak nevyplývá ani z popisu zboží určeného k dodání, který uchazeč č. 3 předložil v rámci nabídky.

- b) Co se týče softwaru pro řízení termovizního systému a zpracování termovizního záznamu, požadoval zadavatel poskytnutí minimálně dvou licencí s neomezenou možností přesunu mezi PC nebo jako USB hardwarový klíč (USB-Dongle).

Z nabídky uchazeče č. 3, konkrétně přílohy č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy, však nevyplývá, že by uchazeč č. 3 nabízel poskytnout zadavateli licence v zadavatelem požadovaném počtu dvou kusů. Tato skutečnost rovněž nevyplývá ani z popisu zboží určeného k dodání, který uchazeč č. 3 předložil v rámci nabídky.

- c) Pokud se jedná o software v součinnosti s kamerou (online mód), požadoval zadavatel, aby tento software mimo jiné umožňoval:

- nastavení parametrů měření: emisivita (0,01 – 1,00; minimální krok 0,01), teplota odražená, teplota atmosféry, propustnost atmosféry, teplota a propustnost externí optiky,
- manuální a automatický fokus a
- přepínání teplotních podrozsahů kamery.

Z nabídky uchazeče č. 3, konkrétně Přílohy č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy, však nevyplývá, že by uchazečem č. 3 nabízený software FLIR ResearchIR 3 výše uvedené požadavky zadavatele splňoval. Z nabídky uchazeče č. 3 rovněž není zřejmé, že uchazečem č. 3 nabízený software splňuje i další parametry požadované zadávací dokumentací. Splnění výše uvedeného požadavku zadavatele pak nevyplývá ani z popisu zboží určeného k dodání, který uchazeč č. 3 předložil v rámci nabídky.

- d) Zadavatel dále stanovil, že součástí dodávky musí být notebook včetně operačního systému, který musí mít pro ukládání a vyhodnocování naměřených dat takové parametry, aby byl zajištěn plynulý chod dodávaných softwarů pro termovizi a zároveň musí splňovat níže uvedené parametry:

- velikost operační paměti musí být minimálně 4 GB,
- velikost displeje musí činit minimálně 15“.

Z nabídky uchazeče č. 3, konkrétně Přílohy č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy, však nevyplývá, že by uchazeč č. 3 nabízel zadavateli dodat jakýkoli notebook, potažmo notebook splňující zadavatelem stanovené minimální technické parametry. Splnění výše uvedeného požadavku zadavatele pak nevyplývá ani z popisu zboží určeného k dodání, který uchazeč č. 3 předložil v rámci nabídky.

Vzhledem k nedostatku uvedenému shora pod bodem 1) dospěla hodnotící komise k závěru, že uchazeč č. 3 neprokázal splnění základního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ. Pokud se jedná o nedostatky popsané shora pod bodem 2) dospěla hodnotící komise k závěru, že uchazeč č. 3 rovněž neprokázal splnění technického kvalifikačního

předpokladu uvedeného v čl. 4.5. písm. b) zadávací dokumentace, kdy zadavatel stanovil, že technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží barevnou fotografii nabízeného zařízení s detailním technickým popisem zboží, z něhož bude vyplývat splnění všech technických podmínek uvedených v bodě 3 zadávací dokumentace. Vzhledem k nedostatkům v nabídce uvedeným shora pod bodem 2) dospěla hodnotící komise dále k závěru, že nabídka uchazeče č. 3 nespĺnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise tak na základě výše uvedených skutečností rozhodla dne 18. 4. 2014 o vyřazení nabídky uchazeče č. 3 ze zadávacího řízení na zadání části čtvrté shora uvedené veřejné zakázky, a to z důvodu neprokázání splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů a dále z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a následně v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 ZVZ a ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ dne 6. 5. 2014 rozhodl o vyloučení uchazeče č. 3 ze zadávacího řízení na zadání části čtvrté shora uvedené veřejné zakázky.

VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel posoudil v souladu s ustanovením § 76 a § 77 ZVZ nabídky, které nebyly vyřazeny, a shledal, že nabídky těchto níže uvedených uchazečů splnily (i) zákonné požadavky a požadavky zadavatele ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ, (ii) u žádné z těchto nabídek se nejednalo o nepřijatelnou nabídku dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ a (iii) u žádné z těchto nabídek se nejednalo o nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve smyslu ustanovení § 77 ZVZ. Hodnoceny byly nabídky níže uvedených uchazečů:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
1.	Workswell s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 290 48 575 se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Dr. Zikmunda Wintra 376/5, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162737
2.	SpektraVision s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 247 69 118 se sídlem Nupaky 128, PSČ 251 01 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172801

Zadavatel hodnotil nabídky dle základního hodnotícího kritéria nabídky s nejnižší nabídkovou cenou ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) ZVZ. Výsledné pořadí uchazečů bylo stanoveno takto:

Výsledné pořadí	Pořadové číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH
1. místo	2.	SpektraVision s.r.o. společnost s ručením omezeným	698.000,- Kč


		IČO: 247 69 118 se sídlem Nupaky 128, PSČ 251 01 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172801	
2. místo	1.	Workswell s.r.o. společnost s ručením omezeným IČO: 290 48 575 se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Dr. Zikmunda Wintra 376/5, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162737	743.000,- Kč

VII. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, ve své nabídce dle požadavku zadavatele uvedeného v čl. 5.5 zadávací dokumentace neuvedl, že by měla být některá část veřejné zakázky plněna prostřednictvím subdodavatele.

V Plzni dne 10 -07- 2014




 Západočeská univerzita v Plzni
 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
 rektorka

