

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a oznámení dle ustanovení § 147 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu
Evidenční číslo zakázky:	374562
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni IČO: 497 77 513 se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o. IČO: 02476649 se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29293

Zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě žádosti dodavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zařízení (část 1) je požadováno rozlišení:

$\leq 1 \text{ nm @ } 30 \text{ kV}$

$\leq 1,1 \text{ nm @ } 15 \text{ kV}$

$\leq 2 \text{ nm @ } 1 \text{ kV}$

Zároveň je vyloučeno použití potenciálu na vzorku, stejně jako imerzního objektivu. Takto vymezený požadavek, dle našeho názoru, významným způsobem zužuje okruh potenciálních uchazečů a omezuje tak hospodářskou soutěž, aniž by znamenal reálný přínos pro zadavatele. Akceptuje zadavatel dosažení požadovaného rozlišení za použití imerzního objektivu, případně potenciálu na vzorku?

Odpověď:

Zadavatel stanovil požadavky na zařízení v kapitole 3.1. zadávací dokumentace nazvané Technické parametry Zařízení, a to mimo jiné v odst. 1.1. na str. 6 a 7 zadávací dokumentace. Tyto minimální požadované parametry a vlastnosti zadavatel požaduje z důvodu práce s kovovými i nekovovými vzorky s různými magnetickými vlastnostmi (včetně vzorků s velmi malými oblastmi s různými magnetickými vlastnostmi), na kterých potřebuje dosáhnout vysokého rozlišení nezbytného pro plánovaný výzkum a vývoj. Všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci (a odůvodněné v rámci odůvodnění vymezení technických podmínek pro část první veřejné zakázky) jsou pro zadavatele klíčové. Pokud uchazečem navrhované řešení bez ohledu na to, zda je nad rámec požadovaných parametrů a vlastností, tyto parametry a vlastnosti splňuje, odpovídá tak parametrům a vlastnostem požadovaným zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

V odstavci 1.1 SEM-FIB mikroskop technické specifikace je požadavek ve znění: Pro tyto účely má mikroskop možnost pracovat v režimu nízkého vakua při tlaku v rozsahu alespoň řádově desítek Pa.

Dotaz č. 1: Naše řešení nabízí systém lokálního odvádění náboje z povrchu vzorku pomocí dusíku, který je aplikován pouze v místě na povrchu vzorku, kde jsou v dané chvíli tlaky v desítkách Pa. Ve zbylé části komory je stále vysoké vakuum. Toto řešení je velmi vhodné pro nevodivé vzorky. Další výhoda je např. při analytickém vyhodnocení pomocí EDS, kdy vysoké vakuum ve zbylém prostoru komory zvyšuje podstatně kvalitu signálu pro EDS detektor. Ze zadání nevyplývá požadavek na zvýšený tlak v celé komoře. Akceptoval by zadavatel toto řešení?

Odpověď:

Zadavatel stanovil požadavky na zařízení v kapitole 3.1. zadávací dokumentace nazvané Technické parametry Zařízení, a to mimo jiné v odst. 1.1. na str. 6 zadávací dokumentace. Tyto minimální požadované parametry a vlastnosti zadavatel požaduje z důvodů uvedených v odůvodnění vymezení technických podmínek pro část první veřejné zakázky. Pokud uchazečem navrhované řešení bez ohledu na to, zda je nad rámec požadovaných parametrů a vlastností, tyto parametry a vlastnosti splňuje, odpovídá tak parametrům a vlastnostem požadovaným zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Oznámení zadavatele dle ustanovení § 147 odst. 8 ZVZ

Zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ dále oznamuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, následující:

Vzhledem k termínu, ve kterém zadavatel obdržel výše uvedené žádosti o dodatečné informace, jakož i s ohledem na jejich charakter, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůt v zadávacím řízení způsobem uvedeným níže.

Dne 5. 6. 2014 zástupce zadavatele odeslal k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek opravil.

Vzhledem ke shora uvedenému se lhůty v zadávacím řízení prodlužují takto:

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci končí dne 25. června 2014 v 11:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. června 2014 v 11:00 hodin.

V návaznosti na to dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, když:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. června 2014 v 11:05 hodin.

V Plzni dne 5. června 2014

Mgr. Eva Straková, advokátka
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele