

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí  
zadávací dokumentace

Věc:

**Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

Název veřejné zakázky: **Stolní elektronový mikroskop**

Evidenční číslo zakázky: 487033

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**  
IČO: 497 77 513  
se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zástupce zadavatele: **Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o.**  
IČO: 02476649  
se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29293

Zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) tímto poskytuje na základě žádosti dodavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

#### **Dotaz č. 1:**

V čl. 3.1. ZD požaduje zadavatel minimální rozsah optického zvětšení 2-100 x a v dokumentu „Poskytnutí dodatečných informací č.1 ...“ ze dne 2.7.2014 pak zdůvodňuje nutnost jak snadno nalézt oblasti zájmu (na vzorku), tak zajistit bezpečnou a operativní manipulaci se vzorkem v měřicí komoře bez vlivu materiálového složení vzorků. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., par. 46, čl. 6., čl. 7. lze nabídnout rovnocenné technické řešení i formou odděleného optického mikroskopu s daným rozsahem zvětšení, s možností následně digitálně uložené korelace místa požadovaného zobrazení v elektronech na vzorku, po jeho přenesení. Akceptuje zadavatel toto rovnocenné řešení?

#### **Odpověď:**

Zadavatel trvá na svém stanovisku uvedeném v rámci dodatečných informací č. 1 ze dne 2. 7. 2014 a požaduje, aby byl mikroskop vybaven vedle elektronového zvětšení o požadovaném rozsahu rovněž i optickým zvětšením o požadovaném rozsahu. Nabízené technické řešení formou odděleného optického mikroskopu neumožňuje bezpečnou a operativní manipulaci se vzorkem.

Zadavatel dále doplňuje, že institut dodatečných informací neslouží k tomu, aby zadavatel vykládal ZVZ nebo aby předjímal rozhodování hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek.

#### **Dotaz č. 2:**

Kde může uchazeč získat dokument, obsahující kompletní odůvodnění technických podmínek veřejné zakázky, na které se zadavatel odvolává v dokumentu „Poskytnutí dodatečných informací č. 1 ...“, ze dne 2.7.2014?

#### **Odpověď:**

Odůvodnění technických podmínek veřejné zakázky je k dispozici na profilu zadavatele, konkrétně pak na adrese:  
<https://profilzadavateleczapadoceskauniverzityvplzni49777513.allcon.eu/contracts/detail/395>

**Dotaz č. 3:**

Jakou požaduje zadavatel konkrétně životnost zdroje elektronů a jaké jsou pro něj akceptovatelné náklady na jeho výměnu z hlediska jeho pořizovací ceny, tak nákladů na servis spojených s touto výměnou?

**Odpověď:**

Zadavatel nepožaduje konkrétní životnost zdroje elektronů. Zadavatel však požaduje dodat konkrétní typ zdroje elektronů (CeB6 nebo LaB6), u kterých se spojuje výhoda dlouhé životnosti se stabilitou parametrů zdroje elektronů a které řádově dosahují životnosti 1.000 až 1.500 hodin.

Pokud se jedná o náklady spojené s výměnou zdroje elektronů a náklady servisu spojené s touto výměnou, nejsou uvedené služby předmětem této veřejné zakázky.

V Plzni dne 22. 7. 2014



.....  
Mgr. Eva Straková, advokátka  
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.  
v plné moci za zástupce zadavatele