

**Název veřejné
zakázky:**

**Perfect focus pro Integrovaný systém pro zobrazení a
kvantitativní měření fluorescence živých buněk**

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

**Drift automatic
compensation system
Motorized long WD
universal condenser**

Slouží pro udržení dlouhodobého zaostření, pro časosběrné studie a vývoj či operaci mikrofluidického zařízení.