

EM Brno s. r.o.

Jílkova 124
615 32 Brno

Věc: **Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky**

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo zadavatele: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Identifikační číslo: 497 77 513

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Název veřejné zakázky: Experimentální soustrojí IV.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Západočeská univerzita v Plzni, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Experimentální soustrojí IV.“ (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), takto:

Zájemce, obchodní společnost **EM Brno s. r.o.**, IČO: 64507301, se sídlem Jílkova 624, 615 32 Brno, který podal nabídku do Zakázky (dále jen „zájemce“) se

v y l o u č u j e

z účasti v zadávacím řízení k zadání Zakázky.

O d ů v o d n ě n í:

Důvodem vyloučení Zájemce ze zadávacího řízení je nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.



Zadavatel v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku mj. jednoznačně stanovil požadavky na jednotlivá soustrojí, tedy jejich konfiguraci. Zájemce však požadovanou konfiguraci všech soustrojí nesplnil a nedodržel tak požadavky zadavatele.

Konkrétně k tomu zadavatel uvádí:

Pro soustrojí poř. č. 1., 2., 11 a 12 nabídl Zájemce motor s výkonem 7,5 kW, což neodpovídá zadavatelem stanovenému rozsahu pro položku mechanický výkon uvedenou pro každé soustrojí zvlášť.

U soustrojí 1. až 4. pak nabídl Zájemce soustrojí s jmenovitou hodnotou 380V u obou motorů, což neodpovídá zadavatelem stanovenému napětí.

U soustrojí 7. až 9. zadavatel stanovil počet jmenovitých otáček za minutu. Zájemcem nabízená hodnota 3600 otáček/min pro maximální mechanické otáčky zadavatelem stanovené požadavky nesplňuje.

U soustrojí 11., 12., 15. a 16. zadavatel stanovil počet jmenovitých otáček za minutu. Zájemcem nabízená hodnota 1800 otáček/min pro maximální mechanické otáčky zadavatelem stanovené požadavky nesplňuje.

Pro soustrojí 13. a 14. Zájemce v rozporu s požadavky zadavatele nabízí tachogenerátor. Pro stejná soustrojí pak rovněž v rozporu s požadavky zadavatele Zájemce nabízí motor obsahující cizí ventilaci s napájením 3x400V.

Zájemce pro soustrojí 5. až 12., 15. a 16. pak nabízí inkrementální čidlo otáček, což je v rozporu s požadavky zadavatele.

Na základě shora uvedeného hodnotící komise konstatovala nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách a vyřadila nabídku Zájemce. Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a následně v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení.

P o u č e n í:

Proti rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Zájemce z účasti v zadávacím řízení je Zájemce oprávněn v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 ZVZ podat námitky, které musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém bylo Zájemci rozhodnutí o vyloučení Zájemce z účasti v zadávacím řízení doručeno.

V Plzni dne

25-03-2015




doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
Západočeská univerzita v Plzni

