

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14 49777513
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Název veřejné zakázky	Nákup termických analýz pro RICE
Druh řízení	otevřené, nadlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	7202011006918

1) Předmět veřejné zakázky a zvolený druh zadávacího řízení

Předmětem shora uvedené veřejné zakázky byla dodávka termických analýz - dvou přístrojů pro Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v Plzni, jejich montáž a uvedení do provozu včetně zaškolení pracovníků, kteří budou zajišťovat obsluhu těchto přístrojů.

Shora uvedená veřejná zakázka je podle výše předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na dodávky podle ustanovení § 8 ZVZ. Zadavatel však tuto podlimitní veřejnou zakázku zadal postupem platným pro zadávání **nadlimitní veřejné zakázky**, přičemž v souladu s ustanovením § 26 odst. 5 ZVZ bylo v rámci této veřejné zakázky postupováno podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Pro zadání shora uvedené veřejné zakázky bylo zvoleno **otevřené zadávací řízení** ve smyslu ustanovení § 27 ZVZ.

2) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

V tomto zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 27. 03. 2012, do 10:00 hodin) podány celkem dvě (2) nabídky uchazečů. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla podána žádná další nabídka.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 6 ZVZ přiřadil Zadavatel jednotlivým nabídkám dle data a času jejich doručení následující pořadová čísla:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
1.	ANAMET, s. r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 256 52 150 se sídlem Kováků 3210/26, Praha - Praha 5, PSČ 150 00 nabídková cena 2.940.000,- Kč bez DPH
2.	AMEDIS, spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 485 86 366 se sídlem Bobkova 786, 787, Praha - Praha 9, PSČ 198 00 nabídková cena 4.598.000,- Kč bez DPH

3) **Identifikační údaje uchazeče, jenž byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění:**

Ze zadávacího řízení byla vyřazena nabídka níže uvedeného uchazeče a tento uchazeč byl následně Zadavatelem ve smyslu ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ vyloučen:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
1.	ANAMET, s. r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 256 52 150 se sídlem Kováků 3210/26, Praha - Praha 5, PSČ 150 00

Nabídka shora uvedeného uchazeče (dále jen „uchazeč č. 1“) byla vyřazena v rámci procesu posouzení nabídek dle ust. § 76 a 77 ZVZ, neboť nesplnila, ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 ZVZ, požadavky Zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách, které byly stanoveny v tomto zadávacím řízení. Konkrétně se jednalo o následující skutečnosti:

Zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, konkrétně pak v bodu 2.2 zadávací dokumentace, minimální technické parametry přístrojů "Diferenční skenovací kalorimetrie" (DSC) a "Dynamická mechanická analýza" (DMA), jejichž dodávka tvoří předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel v tomto bodu zadávací dokumentace výslovně upozornil na skutečnost, že požadované technické parametry obou přístrojů jsou uvedeny jako minimální požadavky Zadavatele, které musí předmět plnění splňovat, a kterými musí oba přístroje termické analýzy disponovat. V případě, že by uchazeč nabídnul zařízení, které nebude odpovídat takto Zadavatelem specifikovaným technickým parametrům, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek, stanovených v tomto zadávacím řízení.

Uchazeč č. 1 v rámci své nabídky, konkrétně pak v rámci "Podrobné technické specifikace zboží", která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí návrhu Kupní smlouvy, uvedl technické parametry nabízených přístrojů, které nedosahují shora uvedených minimálních požadavků Zadavatele, které musí předmět plnění splňovat a kterými musí přístroje "Diferenční skenovací

kalorimetrie" (DSC) a "Dynamická mechanická analýza" (DMA) disponovat. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:

Přístroj "Diferenční skenovací kalorimetrie" (dále jen "Zařízení DSC"):

1. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DSC disponovalo technickým parametrem kalorimetrická citlivost minimálně 0,2 μ W.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, které disponuje technickým parametrem kalorimetrická citlivost 0,25 μ W, což je citlivost nižší, než bylo požadováno.

2. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DSC disponovalo technickým parametrem opakovatelnost základní linie minimálně ± 10 μ W.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, které disponuje technickým parametrem opakovatelnost základní linie 30 μ W, což je hodnota parametru horší, než bylo požadováno.

3. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DSC umožňovalo měření v módu modulované DSC (tj. umožňovalo sinusovou modulaci teploty) s amplitudou v rozsahu od $\pm 0,01$ -3 $^{\circ}$ C a s periodou minimálně v rozsahu 10-200 sekund.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, které umožňuje měření v módu modulované DSC s amplitudou v rozsahu od $\pm 0,1$ -10 $^{\circ}$ C.

4. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DSC obsahovalo fotokalorimetr, který pracuje minimálně v teplotním rozsahu od -50 do 250 $^{\circ}$ C. Fotokalorimetr měl dále obsahovat filtr (příp. sadu uživatelsky vyměnitelných filtrů) umožňující měřit minimálně v těchto rozsazích:

1. 320 – 500 nm,
2. 400 – 500 nm,
3. 320 – 390 nm,
4. 250 – 450 nm,
5. a při 365 nm.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, obsahující fotokalorimetr, který pracuje v teplotním rozsahu od -50 do 200 $^{\circ}$ C. Uchazeč č. 1 zároveň předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, které má obsahovat filtry, umožňující měřit ve všech shora uvedených rozsazích, avšak v rámci Cenové nabídky uchazeče byl uchazečem č. 1 naceněn pouze filtr, umožňující měřit v rozsahu 400 - 500 nm.

5. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DSC obsahovalo fotokalorimetr schopný kalibrace (systém kalibrace, příp. externí kalibrátor pak měl být součástí základního příslušenství) a dále, aby fotokalorimetr byl schopen simultánního sledování alespoň dvou vzorků.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DSC, obsahujícího fotokalorimetr, který je schopen simultánního sledování pouze jednoho vzorku.

Přístroj "Dynamická mechanická analýza" (dále jen "Zařízení DMA"):

1. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA disponovalo minimální silou $\leq 0,0001$ N s rozlišením alespoň 0,00001 N.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DMA, disponujícího silou $\leq 0,002$ N s rozlišením 0,0005 N.

2. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA umožňovalo deformaci vzorku v dynamickém režimu minimálně v rozsahu $\pm 0,5$ až 10000 mikrometrů (tj. 20 mm celkové deformace).

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DMA, umožňujícího deformaci vzorku v rozsahu $\pm 0,5$ až 10000 mikrometrů, a to pouze ve statickém režimu.

3. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA disponovalo lineární ohřevnou rampou za současného frekvenčního nárůstu za definovaných frekvencí (minimálně při 50ti různých).

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DMA, disponujícího lineární ohřevnou rampou za současného frekvenčního nárůstu za definovaných frekvencí pouze při 25ti různých.

4. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA disponovalo silovou rampou.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku zařízení DMA, které silovou rampou nedisponuje.

5. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA disponovalo ohybovou konzolí (jednoduchou i duální) s délkou vzorku v duálním módu alespoň 35 mm.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DMA, disponujícího ohybovou konzolí (jednoduchou i duální) s délkou vzorku v duálním módu 34 mm.

6. Zadavatel požadoval, aby Zařízení DMA disponovalo nástavcem na měření tlaku s průměrem desky alespoň 40 mm s automatickým měřením tloušťky vzorku během měření.

Uchazeč č. 1 předložil zadavateli nabídku Zařízení DMA, které má disponovat nástavcem na měření s průměrem desky 40 mm, avšak v rámci cenové nabídky uchazeče byl uchazečem č. 1 naceněn nástavec na měření s průměrem desky 15 mm.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, tedy z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, které byly stanoveny v tomto zadávacím řízení, byla nabídka uchazeče č. 1, společnosti ANAMET, s. r. o., IČO: 256 52 150, se sídlem Bobkova 786, 787, Praha – Praha 9, PSČ 198 00, hodnotící komisí vyřazena. V návaznosti na vyřazení nabídky pak Zadavatel, ve smyslu ust. § 76 odst. 6 ZVZ, rozhodl dne 9. 5. 2012 na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení tohoto uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

4) Identifikační údaje vítězného uchazeče a cena sjednaná ve smlouvě

Vzhledem ke skutečnosti, že po vyřazení uchazeče č. 1, společnosti ANAMET s. r. o., IČO: 256 52 150, se sídlem Praha – Praha 5, Kováků 3210/26, PSČ 150 00, by hodnotící komise měla hodnotit pouze nabídku jednoho uchazeče, a to uchazeče č. 2, kterým je společnost **AMEDIS, spol. s r. o., IČO: 485 86 366, se sídlem Praha - Praha 9, Bobkova 786, 787, PSČ 198 00,** neprováděla hodnotící komise ve smyslu ustanovením § 79 odst. 6 ZVZ hodnocení nabídek a doporučila Zadavateli, aby rozhodl ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 ZVZ o výběru nabídky níže uvedeného uchazeče jako nabídky nejvhodnější a uzavřel smlouvu s tímto uchazečem.

Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
2.	AMEDIS, spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 485 86 366 se sídlem Bobkova 786, 787, Praha - Praha 9, PSČ 198 00

Zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl dne 16. 5. 2012 dle ust. § 81 odst. 2 ZVZ o výběru nejvhodnější nabídky níže uvedeného uchazeče, jehož nabídka splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené Zadavatelem. Zadavatel následně s níže uvedeným uchazečem uzavřel dne 18. 6. 2012 kupní smlouvu.


Pořadové číslo nabídky	Identifikace uchazeče
2.	AMEDIS, spol. s r. o. společnost s ručením omezeným IČO: 485 86 366 se sídlem Bobkova 786, 787, Praha - Praha 9, PSČ 198 00

Smluvní strany si v článku IV. odst. 4.2. kupní smlouvy ujednaly kupní cenu ve výši **4.598.000,- Kč bez DPH**, přičemž DPH činí 20 % z této částky, tj. 919.600,- Kč, a kupní cena včetně DPH činí 5.517.600,- Kč.

5) Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

V rámci realizace veřejné zakázky nemá být dle prohlášení vítězného uchazeče žádná část zakázky plněna prostřednictvím subdodavatelů.

V Plzni dne 20. 6. 2012



.....
Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka