

Určeno všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky **„Laboratorní a měřicí technika (II.) 003 - 2017“** zadávanou v dynamickém nákupním systému na dodávky laboratorní a měřicí techniky (II.):

Název Zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513
Osoba oprávněná jednat
jménem Zadavatele: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Pověřený pracovník Zadavatele: Hana Kvasničková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

*v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)*

Zadavatel v souladu s ust. § 98 ZZVZ tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky **„Laboratorní a měřicí technika (II.) 003 - 2017“**.

Dotaz č. 1 dodavatele:

Může zadavatel akceptovat vnitřní šířku pracovního prostoru 1192 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na minimální šířce vnitřního pracovního prostoru 1200 mm.

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....

z pov. Hana Kvasničková
Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni
elektronicky podepsáno