

Určeno všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky „**Laboratorní a měřicí technika (II.) 039 - 2017**“ zadávaná v Dynamickém nákupním systému na dodávku laboratorní a měřicí techniky (II.).

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

*ve smyslu ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)*

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:                             | Západočeská univerzita v Plzni                             |
| Sídlo:                                        | Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň                           |
| IČ:                                           | 49777513                                                   |
| Zastoupená:                                   | doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor                    |
| Kontaktní osoba ve<br>věcech veřejné zakázky: | Hana Kvasničková                                           |
| E-mail:                                       | <a href="mailto:hakvasni@ps.zcu.cz">hakvasni@ps.zcu.cz</a> |
| Telefon:                                      | 37763 1341                                                 |

Zadavatel ve smyslu ust. § 98 odst. 1 ZZVZ tímto poskytuje všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky, níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace včetně nového znění přílohy č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace.

Zadavatel upravil technické parametry **položky č. 4 (Digitální videomikroskop)** následovně:

- *digitální USB mikroskop s CMOS senzorem, zvětšení v rozsahu min. 20X – 200x, rozlišení min. 640 x 480 px, osvětlení pomocí LED diod, počet snímků min. 30/s, rozhraní USB 2.0.*

Dále byla upravena i maximální cena za jednotlivé položky poptávaného zboží, a tedy i celková maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Všechny upravené údaje byly promítnuty do přílohy č. 1 kupní smlouvy – technická specifikace. **Dodavatelé pro podání nabídky tedy použijí nové znění přílohy č. 1 kupní smlouvy, které je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.**

Současně zadavatel opravuje čl. 2.3 výzvy k podání nabídek, v němž je uvedena celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a to tak, že nová celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 90.309,- Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil zadávací podmínky veřejné zakázky, prodlužuje přiměřeně této změně i lhůtu pro podání nabídek: **Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 12. 2017 v 9:00 hod.**

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....  
z pov. Hana Kvasničková  
Nákup a veřejné zakázky  
Západočeská univerzita v Plzni  
elektronicky podepsáno

Přílohy:

Priloha\_c\_1\_Kupni\_smlouvy\_techicka\_specifikace\_039\_-\_2017\_nove\_zneni.xlsx