

Určeno všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky „Laboratorní a měřicí technika (III.) 002 - 2018“ zadávaná v Dynamickém nákupním systému na dodávku laboratorní a měřicí techniky (III.).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)*

Název zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Hana Kvasničková
E-mail: hakvasni@ps.zcu.cz
Telefon: 37763 1341

Zadavatel ve smyslu ust. § 98 odst. 3 ZZVZ tímto poskytuje všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky, níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Chtěla bych Vás poprosit o upřesnění parametrů (frekvence, ...), příp. informaci o typu, který by Vaším požadavkům odpovídal.“

Odpověď zadavatele:

Vhodný minimální rozsah frekvence ("rate" spouštění) je 1mHz až 1MHz.

S ohledem na výše uvedené a na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemá vliv na provedení úpravy zadávacích podmínek, **Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....
z pov. Hana Kvasničková
Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni
elektronicky podepsáno