

Určeno všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky „**Laboratorní a měřicí technika (III.) 013 - 2018**“ zadávaná v Dynamickém nákupním systému na dodávku laboratorní a měřicí techniky (III.).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)*

Název zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Hana Kvasničková
E-mail: hakvasni@ps.zcu.cz
Telefon: 37763 1341

Zadavatel ve smyslu ust. § 98 odst. 3 ZZVZ tímto poskytuje všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky, níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele:

V zadávací dokumentaci je požadavek na komunikační rozhraní USB, RS 232. Je možné nabídnout přístroj, který by měl pouze jedno z těchto rozhraní např. USB a nebo je nutné nabídnout přístroj, který obsahuje obě dvě rozhraní?

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné nabídnout zařízení pouze s jedním komunikačním rozhraním, prioritou je však rozhraní USB, které zadavatel vyžaduje.

S ohledem na výše uvedené a na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemá vliv na provedení úpravy zadávacích podmínek, **Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....
z pov. Hana Kvasničková
Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni
elektronicky podepsáno

