

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky: Skiagrafický přístroj pro výukové účely
Evidenční číslo zakázky: Z2018-005298
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 5. 6. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Požadavky zadavatele dle ZD:

Stropní závěs

Dotyková obrazovka min. 10“ pro zobrazení expozičních údajů, úhlu náklonu, nastavení/informací na stropním závěsu RTG, stav nabití baterií detektoru, volba místa projekce, signalizace vložené mřížky.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení renomovaného světového výrobce s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 6,5“ (16,5 cm) pro zobrazení všech požadovaných funkcí a hodnot? Dle našich znalostí a zkušeností se jedná o standardní hodnotu, kterou nabízí více výrobců digitálních RTG přístrojů a která je dostačující pro zobrazení požadovaných parametrů na tomto typu zařízení, zejména pokud bude přístroj sloužit pro výukové účely.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat zařízení s jiným než min. rozměrem dotykové obrazovky 10“ uvedeným v zadávací dokumentaci. Skiagraf je určen pro výuku, kde nebude pouze obsluha zařízení, ale práci bude sledovat skupina studentů, tzn. čím větší obrazovka, tím lépe. Dle poznatků zadavatele, tento minimální požadavek na rozměr dotykové obrazovky splňuje více světových výrobců skiagrafických zařízení.

Dotaz č. 2:

Požadavky zadavatele dle ZD:

Elevační stůl

Elevační stůl s vysokou nosností min. 300 kg a rozsahem elevace min. 35 cm.

Otočná zásuvka (Bucky) na kazetu/ detektor včetně automatického rozpoznávání velikosti kazety.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení renomovaného světového výrobce s nosností stolu max. 295 kg, rozsahem elevace 31,5 cm (53,5 – 85 cm) a pevnou zásuvkou (Bucky) na kazetu/ detektor s automatickým rozpoznáváním velikosti kazety/ detektoru? Dle našich znalostí a zkušeností se jedná o standardní hodnoty, které nabízí více výrobců digitálních



RTG přístrojů a které jsou dostačující pro spektrum požadovaných vyšetření na tomto typu zařízení, zejména pokud bude přístroj sloužit pro výukové účely.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat zařízení s nižší nosností stolu ani s menším rozsahem elevace, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zadavatel bude akceptovat zařízení s pevnou zásuvkou (bucky).

Skiagraf je určen pro výuku studentů, a je proto nutné počítat s méně šetrným zacházením a nestandardním zatížením, z toho důvodu je požadována min. nosnost 300 kg. Nižší rozsah elevace není akceptován, neboť tato hodnota byla zvolena jako průměrná. Dle poznatků zadavatele existuje více zařízení, která jsou schopna splnit zadavatelem požadované parametry.

Dotaz č. 3:

Požadavky zadavatele dle ZD:

Vertigraf

Motoricky nastavitelná výška centrálního paprsku do minimální výšky maximální 34 cm.

Otočná zásuvka (Bucky) na kazetu/detektor včetně automatického rozpoznávání velikosti kazety.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení renomovaného světového výrobce s motoricky nastavitelnou výškou centrálního paprsku do minimální výšky od podlahy 38 cm a pevnou zásuvkou (Bucky) na kazetu/detektor s automatickým rozpoznáváním velikosti kazety/detektoru? Dle našich znalostí a zkušeností se jedná o standardní hodnoty, které nabízí více výrobců digitálních RTG přístrojů a které jsou dostačující pro spektrum požadovaných vyšetření na tomto typu zařízení, zejména pokud bude přístroj sloužit pro výukové účely.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat zařízení s vyšší minimální výškou od podlahy.

Zadavatel bude akceptovat zařízení s pevnou zásuvkou (bucky).

Skiagraf je určen pro výuku studentů a simulaci, a to je převážně o správném nastavení a polohování zařízení k snímkování.

Dotaz č. 4:

Požadavky zadavatele dle ZD:

Akviziční a PACS stanice

PACS řešení jako součást pracovní akviziční stanice viz bod 3

PACS SW:

PACS řešení – součástí pracovní akviziční stanice

Dotaz uchazeče:

Rozumí uchazeč správně požadavku zadavatele, že akviziční stanice DR systému (přímá digitalizace) musí umožňovat současné připojení rovněž CR systému (nepřímá digitalizace), který je též součástí veřejné zakázky i fungování jako PACS serveru se všemi požadovanými funkcionalitami a licencemi? Nebo zadavatel umožní uchazečům nabídnout řešení se samostatnými akvizičními stanicemi pro DR a CR systém a samostatným PACS serverem? Jestliže bude zadavatel trvat na jedině akviziční konzoli pro všechny tři položky veřejné zakázky, jedná se o velice nestandardní řešení, se kterým se studenti v běžné praxi pravděpodobně nesetkají.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Popsaná min. technická specifikace je myšlena tak, že akviziční stanice skiagrafu obsahuje PACS SW s požadovanými funkcionalitami. Tím je vyřešen DR systém.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadavatel bude akceptovat zařízení, které bude mít pro CR a DR systém vlastní akviziční stanice a samostatné PACS řešení. Přesto je požadováno a vyplývá z min. technických požadavků v zadávací dokumentaci, že všechna zařízení musí být vzájemně kompatibilní jako jeden funkční celek. Zamýšlené řešení, sloučení akviziční stanice a PACS, bylo požadováno z důvodu úspory prostor.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v ust. § 98 odst. 1 ZZVZ, přesto zadavatel považoval za vhodné se žádostí zabývat a odpovédět na vznesené dotazy, příp. vysvětlit nejasnosti zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel neprovedl žádnou zásadní změnu či doplnění zadávacích podmínek, **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **14. června 2018 v 11:00 hodin**.

V Plzni dne **07. 06. 2018**



.....
z pov. Jitka Růžicková
vedoucí oddělení Nákupu a veřejných zakázek
Západočeská univerzita v Plzni



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

