

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky: Simulátor sanitního vozu
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČ: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 7. 2. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Dotaz dodavatele k položce č. 4 - bateriová odsávačka + nástěnný držák

Zadavatel v řádce 1.4 požaduje „možnost různého nastavení podtlaku - 5 obvykle používaných orofaryngeálních/trachálních nastavení.“

Bude zadavatel akceptovat model odsávačky, která umožňuje 4 obvyklé způsoby nastavení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat model odsávačky, který umožňuje 4 obvyklé způsoby nastavení.

Dotaz č. 2:

Dotaz dodavatele k položce č. 32 - patientský porodní trenažér

A) Zadavatel v řádce 1.2 požaduje: „možnost manuálního polohování plodu dle potřeb simulace porodu.“

Polohováním plodu je myšleno předporodní vyšetření nebo polohování plodu pro vlastní porod – konec pánevní, porod hlavičkou?

B) Zadavatel v řádce 1.3 požaduje „volné umístění plodu v děloze matky.“

Z těchto požadavků není uchazeči zřejmé, zda je požadován automatický systém porodu – plod je skrz porodní cesty protlačován automaticky, nebo je požadován jednodušší systém, kde plod protlačuje instruktor?

Volné umístění plodu lze realizovat i s porodním mechanismem.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

ad A) Polohováním plodu je myšleno polohování plodu pro vlastní porod - konec pánevní, porod hlavičkou.

ad B) Zadavatel požaduje jednodušší systém, kde plod protlačuje instruktor.

Dotaz č. 3:

Dotaz dodavatele k položce č. 33 - resuscitační figurína ročního dítěte

Zadavatel v řádce 1.3 požaduje „možnost nastavení úrovně tuhosti hrudníku při KPR, minimálně tři úrovně, možnost stlačení hrudníku více než 40 mm.“

Takový simulátor na trhu neexistuje, jelikož tuhost hrudníku u jednoletého dítěte je zanedbatelná. Je možné nabídnout simulátor bez funkce nastavení tuhosti hrudníku ve třech úrovních?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

V daném případě bude zadavatel akceptovat simulátor bez funkce nastavení tuhosti hrudníku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla dodavatelem doručena po lhůtě stanovené v ust. § 98 odst. 1 ZZVZ, přesto zadavatel považoval za vhodné se žádostí zabývat a odpovědět na vznesené dotazy, příp. vysvětlit nejasnosti zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a upřesnění zadávacích podmínek, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **25. února 2019 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne

.....
z pov. Jitka Růžicková
vedoucí oddělení Nákupu a veřejných zakázek
Západočeská univerzita v Plzni



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj