

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:

„Mobilní 3D skener včetně příslušenství“

Systémové číslo zakázky: P20V00000164

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.5.2020

Ve věci veřejné zakázky zadávané v nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem „**Mobilní 3D skener včetně příslušenství**“ podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu zadavatele byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prošel jsem zadávací dokumentací a našel jsem několik podmínek, které jsou diskriminační. Jedná se o zejména o kompatibilitu se systémem LEICA, tento systém může dodat pouze jediná firma.

Rádi bychom se zúčastnili, ale za těchto podmínek to není možné ani pro nás ani pro jinou firmu kromě LEICA.

Prosím o vyjádření

Odpověď č. 1

Zadavatel upřesňuje, že požadovaná podmínka kompatibility s použitím dotykové sondy Leica T-Probe I je definovaná v Technické specifikaci předmětu plnění ve znění:“ Zajištěna kompatibilita připojení a použití stávající bezdrátové měřicí sondy Leica T-Probe I SN 195 pro dotykové měření, není přípustná jakákoliv dodatečná úprava stávající sondy T-Probe I

SN 195, zajištění měření i při kabelovém připojení stávající sondy T-Probe I SN 195 ke controlleru v plném měřicím objemu“. Výše uvedená podmínka vychází ze současného stavu věci na pracovišti zadavatele, neboť zmíněná sonda je dlouhodobým majetkem zadavatele, plně funkční, dlouhodobě se investuje do údržby její a jejího příslušenství, jež zahrnuje mimo jiné battery pack, sady dotykových měřících hrotů i prodloužení a zejména kompletní kalibrační kit pro plnohodnotnou kalibraci a recertifikaci sondy realizovanou in-house, což má zásadní dopad na efektivitu provozu sondy. Z výše uvedených důvodů shledáváme tento technický požadavek za legitimní z pohledu efektivního využívání stávajícího zařízení.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající, a to do **15.06. 2020 do 10:00hod.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
vedoucí Oddělení Veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni