

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky: „Profesionální kamera vč. příslušenství a objektivů“

Systémové číslo zakázky: P20V00000226

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 1.7.2020

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem „**Profesionální kamera vč. příslušenství a objektivů**“ podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu zadavatele byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat na výklad bodů z technické specifikace a to konkrétně k těmto bodům:

1.) Součástí je vyměnitelný disk umožňující nahrávání v maximálním rozlišení a plné snímkovací frekvenci s kapacitou min. 2TB

-Je tímto bodem myšleno, že na vyměnitelný disk lze nahrávat (ukládat/exportovat) pořízené záznamy při plném rozlišení
a při maximální snímkové frekvenci, které se primárně ukládají na interní RAM paměť kamery?

2.) Možnost nahrávání záznamu přímo na vyměnitelný disk i se sníženou rychlostí.

- Je tímto bodem myšleno, že kamera umožňuje nahrávat (ukládat) pořízené záznamy přímo na

vyměnitelný disk se sníženou snímkovou frekvencí?

Dotazujeme se proto, že nám není známo, že by existovala technologie, která by při takovém datovém toku (který odpovídá maximálnímu rozlišení poptávané kamery s maximální snímkovací rychlostí), umožňovala ukládat přímo na externí vyměnitelný disk. Pro tyto účely jsou v kamerách interní RAM paměti.

Předem děkuji za odpověď

Odpověď č. 1

Zadavatel upřesňuje, že součástí kamery je vyměnitelný disk, který umožňuje přímé nahrávání dat do něj ve snížené rychlosti ale maximálním rozlišení, nicméně umožňuje přehrání dat z interní RAM paměti, které jsou nahrány v maximální možné kvalitě a plné snímkovací rychlosti.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající, a to do **10.07. 2020 do 10:00hod.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
vedoucí Oddělení Veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni