

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: Analytický skenovací elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057810
Systémové číslo zakázky: P24V00000104
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Zadavatel dne 23. 5. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícím dotazem:

DOTAZ k technické specifikaci výběrového řízení

Bod č. 18 technické specifikace – Zadavatel požaduje:

Dva samostatné systémy GIS – každý na vlastním portu vhodném pro depozici ochranné vrstvy platiny a uhlíku + zaškolení umožňující uživateli samostatnou výměnu prázdných náplní.

Žádáme o změnu bodu č. 18 technické specifikace a odstranění požadavku na zaškolení umožňující uživateli samostatnou výměnu prázdných náplní.

Zdůvodnění: Aktuální GIS neumožňuje, aby zákazník prováděl sám výměnu rezervoárů. Výměna musí být vždy provedena servisním technikem výrobce i s ohledem na zdravotní rizika výměny prekuzorů.

Odpověď zadavatele:

Samostatnou výměnou se myslí výměna náplní, pokud takový postup (tj. samostatná výměna uživatelem) není vyloučen či omezen právními či bezpečnostními předpisy (zejm. ohledně manipulace s toxickými látkami).

Zadavatel na základě obdržené žádosti aktualizoval přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace - aktualizace, kde upravil bod č. 18.

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn a končí dne **10. 6. 2024 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Štěpán Mátl