

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: Analytický skenovací elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057810
Systémové číslo zakázky: P24V00000104
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Zadavatel dne 28. 5. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícími dotazy:

1/ Zadavatel v minimálních technických specifikacích požaduje následující:

“Rozlišení elektronového mikroskopu 1 nm či méně při 15 kV, 1,5 nm či méně při 1 keV. Možnost nastavit proud v analytickém režimu až 250 nA nebo vyšší.”

Pro objektivní porovnání rozlišení zařízení u všech výrobců na stejném základě je potřeba specifikovat metodiku výpočtu rozlišení. Může Zadavatel potvrdit, že rozlišení bude srovnáváno dle pravidla pro stanovení rozlišení dle ISO metody ISO TS/24597?

Odpověď zadavatele:

Splnění parametru bude dle specifikace posuzováno binárně (ANO/NE), dílčí parametry nabídek nebudou srovnávány kvantitativně.

Zadavatel nevylučuje, aby Prodávající prokázal splnění požadavku o rozlišení pomocí metodiky dle ISO TS/24597. Všechny parametry budou posuzovány dle přiložené technické specifikace, dle podmínek VR se může Kupující dotazovat v případě nejasností, či žádat doplnění.

2/ Akceptuje Zadavatel alternativu integrace QUADRUPOLE SIMS místo požadovaného TOF SIMS? QUADRUPOLE SIMS má mnoho výhod, zvláště pro detekci lehkých prvků.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neakceptuje.

Vzhledem k malému objemu rozprašovaného v FIB upřednostňujeme paralelní záznam více prvků najednou poskytovaný TOF, kterou kvadrupolová varianta neumožňuje, byť pro lehčí prvky má mírně vyšší transmisivitu.

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn a končí dne **10. 6. 2024 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Štěpán Mátl