

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: Fotoemisní systém pro studium povrchové elektronové struktury kvantových materiálů na atomové úrovni/ Photoemission System for Investigation the Surface Electronic Structure of Quantum Materials at the Atomic Level

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057812

Systémové číslo zakázky: P24V00000280

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Zadavatel dne 21. 6. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícími dotazy k technické specifikaci:

Dotaz Technická specifikace:

Na straně 3 přílohy č. 1 je uvedeno: "Měla by umožnit automatizované zpracování dat. Přizpůsobení nastavení objektivu při použití nižšího extrakčního pole, v rozsahu několika V, stejně jako "běžné" nastavení objektivu pracovních podmínek, při použití kV extrakčních polí".

Máte na mysli kontinuální adaptaci nastavení objektivu?

Odpověď zadavatele:

ANO, máme na mysli kontinuální nastavení objektivu v celém rozsahu nastavení extrakčního napětí, což je nutná podmínka pro operando měření kvantových materiálů, které jsou definovány ve výzkumném záměru „RA3 - Operando charakterizace a spektroskopie“ popsaného ve Studii proveditelnosti k projektu QM4ST.

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn a končí dne **9. 7. 2024 v 10:00 hodin**.

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA