

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.:	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

Veřejná zakázka:

AC napěťový zkušební systém (2025)

Předpokládaná hodnota VZ:	16 350 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:	dodávka AC zkušebního systému 300 kV
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2025-025169
sys. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P25V00000091

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		26.05.2025	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s násl. obsahem:
1	Dobrý den, žádáme zadavatele o vysvětlení ZD / zadávacích podmínek – uvedených v technické specifikaci, v požadavku: 1a) Napájecí a regulační jednotka se systémem zabezpečení certifikovaném na úrovni SIL3 dle IEC 61508: Jaký výkon má mít tato jednotka (400 V / ?? kVA)? 1c) Kompenzační tlumivka: Jakou specifikaci (technická data) má mít tato kompenzační tlumivka? Předem Vám děkujeme za brzké vysvětlení.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad	Napájecí a regulační jednotka musí umožnit dosažení požadovaných parametrů zkušebního AC zdroje
1a)	pro různé typy zátěže, výkon napájecí a regulační jednotky minimálně 80 kVA, 400 V, 50 Hz.
ad	Kompenzační tlumivka s možností přepojení na více variant kompenzace pro různé parametry zátěže (v rozsahu výkonu Systému).
1c)	

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Štěpán Mátl

na základě pověření