

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky:

**„ERDF Kvalita ZČU – Systém pro analýzu chůze a robotická ruka pro ZČU 2025“ - Část
1 – systém pro analýzu chůze**

Systémové číslo zakázky: P25V00000159

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 01. 07. 2025

Ve věci veřejné zakázky zadávané v nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) s názvem **„ERDF Kvalita ZČU – Systém pro analýzu chůze a robotická ruka pro ZČU 2025“ - Část 1 – systém pro analýzu chůze** podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu zadavatele byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vyjádření se k dotazům uchazeče:

Uchazečův prvotní dotaz směřoval k tomu, zda se daná hodnota vztahuje k celkové hmotnosti pacienta, ze které je možné odlehčovat. Zadavatel nyní požaduje závěsný systém s úvazky o 3 velikostech (S, M, L) pro plynulé odlehčení pacienta V ROZSAHU AŽ DO 135 KG MINIMÁLNĚ. Námi dostupné zařízení, které dokáže splnit uvedené specifikace však nabízí vyšší parametr, ale s ohledem na hmotnost pacienta, nikoliv na možnosti odlehčení. Námi nabízený systém umožňuje maximální hmotnost pacienta v odlehčovacím systému 200 kg, ale maximální možné odlehčení je max. 120 kg.

Umožní zadavatel nabídnout systém i s takovýmto řešením? Jelikož je klinicky doložitelné, že odlehčení pro klinický efekt má být maximálně do 40% hmotnosti pacienta, je toto řešení dostačující a uchazeč se domnívá, že by nemělo dojít k limitaci využitelnosti přístroje pro pacienta.

Odpověď č. 1

Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že:

Nově upravené technické podmínky:

Dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými silovými senzory; plocha pásu 170 x 65 cm, rychlost pohybu chodícího pásu v min. rozsahu 0–20 km/hod, možnost zpětné rotace pásu a nastavení sklonu až 25 %; **ZAŘÍZENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT ZAVĚŠENÍ V ODLEHČOVACÍM SYSTÉMU PRO PACIENTA AŽ DO 200 KG VÁHY MINIMÁLNĚ**, závěsný systém s úvazky o 3 velikostech (S, M, L) pro plynulé odlehčení pacienta **V ROZSAHU AŽ DO 120 KG MINIMÁLNĚ**, kalibrované silové senzory min. 1–120 N/cm², vzorkovací frekvence min. 120 Hz, nastavitelná madla po celé délce pásu; stop tlačítko, řídicí PC vč. SW pro analýzu chůze a nácvik chůze. Součástí 2 videokamery pro synchronizovaný video záznam a možnost připojení bezdrátového EMG.

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se posouvá: **06. 08. 2025 do 10:00hod.**

Přílohy: Kupní smlouva - aktualizace k 01. 07. 2025

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
Odbor právní