

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

Zvyšovač tlaku vodíku (2025)

Systémové číslo zakázky:

P25V00000531

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
IČ: 49777513

Dne 13. 10. 2025 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Prosíme o urgentní vysvětlení

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu koupě (stanovená Kupujícím) - v bodě F a G jsou podle našeho názoru nesplnitelné podmínky, říkájící, že "F. Minimální vstupní tlak procesního média ≤ 10 bar" t.j. od minus nekonečna do 10 bar, a "G. Maximální vstupní tlak procesního média ≥ 40 bar", t.j. od 40 Bar do nekonečna. Zřejmě se jedná o obrácená znaménka nerovností. Pokud bude potvrzeno, že jsou jen obrácená znaménka, nepožadujeme prodloužení soutěžní doby.

Odpověď zadavatele:

Zadaní je správně

F. Minimální vstupní tlak procesního média ≤ 10 bar

Význam jednotlivých částí

„Procesní médium“ – označuje látku, se kterou zařízení pracuje (vodík).

„Vstupní tlak“ – tlak média na vstupu do zařízení (tedy tlak, s jakým médium přichází do systému před jeho zpracováním).

Tato formulace **neříká, že minimální vstupní tlak musí být přesně 10 bar**, ale že zařízení musí fungovat s tlakem 10 bar případně nižším.

G. Maximální vstupní tlak procesního média ≥ 40 bar.

znamená, že zařízení je konstruováno pro práci s vodíkem, která mohou mít na vstupu maximální tlak alespoň 40 bar nebo vyšší.

Dále platí: D. Maximální provozní tlak (Výstupní tlak max.): 300 bar při 19 bar na vstupu, 600 bar při 37,5 na vstupu a současně změně pojistných prvků.

S ohledem na výše uvedené zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....
Fakulta strojní
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
děkan