

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE	
ZADAVATEL:	Západočeská univerzita v Plzni
SÍDLO:	Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
IČO/DIČ:	49777513 / CZ49777513
ZASTOUPENÝ:	doc. Ing. Vladimírem Duchkem, Ph.D., děkanem FST
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Zvyšovač tlaku vodíku 2025“	
veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v poptávkovém řízení, tj. nikoli v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu se Směrnicí rektora č. 2R/2020 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.	

Západočeská univerzita v Plzni, IČO: 49777513, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, jako zadavatel nadepsané veřejné zakázky, rozhodl o tom, že byla vybrána nabídka dodavatele

MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH

se sídlem: Pascalstraße 1, 4614 Marchtrenk, AUSTRIA

IČO: FN88025z

s nabídkovou cenou 34 750 EUR bez DPH.

Odůvodnění:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka splňuje požadavky stanovené zadavatelem na předmět veřejné zakázky. Zadavatel stanovil hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH). Současně nabídka vybraného dodavatele neobsahuje mimořádně nízkou cenu. Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného dodavatele tak, jak odpovídá doporučení komise viz. protokol o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Veřejná zakázka není zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ. Proti rozhodnutí o výběru dodavatele není možné podat námitky podle ZZVZ.

Příloha č. 1 - protokol o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek

V Plzni dne (viz el. podpis)

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
děkan FST
podepsáno elektronicky



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

Název veřejné zakázky	Zvyšovač tlaku vodíku
Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
IČO	49777513
Způsob zadávání: Poptávkové řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) zadávaná na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo zadávací řízení

1) Seznam doručených nabídek:

Nabídka č.	Název dodavatele, sídlo	IČO	Čas doručení nabídky
1	MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH	FN88025 z	14.10.2025/ 16:27:55
2	HDISYS s.r.o.	19856016	14.10.2025/ 20:12:01

Komise jednala ve složení:

Jméno a příjmení	podpis
xxx	
xxx	
xxx	

Členové komise (po seznámení se s okruhem účastníků poptávkového řízení) svým podpisem výše čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů a že do ukončení poptávkového řízení budou zachovávat mlčenlivost o obsahu podaných nabídek.

2) Další osoby účastnící se jednání komise

Jméno a příjmení	podpis
nerelevantní	

Přítomné osoby svým podpisem čestně prohlašují, že do ukončení poptávkového řízení budou zachovávat mlčenlivost o obsahu podaných nabídek.

3) Hodnocení nabídek

Komise hodnotila nabídky dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria:
Nejnižší nabídková cena.

4) Výsledné pořadí na základě hodnocení nabídek:

Pořadí	Název dodavatele, sídlo	IČO	Nabídková cena bez DPH
1	MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH	FN88025 z	34 750 EUR
2	HDISYS s.r.o.	19856016	39 900 EUR

5) Posouzení mimořádně nízké ceny

Komise posoudila, zda první nabídka v pořadí dle hodnocení neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise se jednomyslně usnesla, že nabídková cena není mimořádně nízkou.

6) Posouzení nejvýhodnější nabídky

Komise následně provedla posouzení první nabídky v pořadí po hodnocení z hlediska splnění požadavků zadavatele stanovených ve výzvě k podání nabídek (zadávacích podmínkách „dále jen ZD“). V rámci posouzení první nabídky v pořadí komise dospěla k závěru, že je nutné dodavatele MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH vyzvat k objasnění/doplnění nabídky, neboť z doložených dokladů nebylo zřejmé, zda nabízené zařízení splňuje požadovaný rozměr ($\text{Š} \times \text{H} \times \text{V} \leq 1200 \times 830 \times 610 \text{ mm}$), kdy byl nabídnut rozměr přibližně $\text{Š} \times \text{H} \times \text{V} 1150 \times 500 \times 950 \text{ mm}$, avšak z veřejně dostupných datasheetů vyplývá (které si komise opatřila v rámci vlastní činnosti), že pro kombinaci uvedených gas boosterů v nabídce dodavatele dle specifikace 3230.2736 je výška 510 mm.

Dále neměla komise z doložených dokumentů postaveno na jisto, zda zařízení splňuje požadavky stanovené na vysokotlakou hadici pro přívod vodíku včetně redukčního ventilu pro nastavení tlaku z tlakové lahve (200 bar), vhodnost zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX – II 2G IIC c Tx dle směrnice 2014/34/EU), provozní teplotní rozsah minimálně od +10 do +30 °C a maximální provozní vlhkost $\leq 50 \%$.

Komise dále shledala, že v nabídce dodavatele absentuje doklad/výpis o skutečných majitelů (výpis z obdobné zahraniční evidence skutečných majitelů nebo zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku dle), neboť bylo doloženo pouze vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Komise z výše uvedených důvodů odeslala dne 31. 10. 2025 prostřednictvím E-ZAK výzvu k objasnění/doplnění nabídky. Dodavateli byla k objasnění/doplnění nabídky poskytnuta přiměřená lhůta do 10.11.2025.

Ve stanovené lhůtě dodavatel předložil požadované objasnění nabídky a doklady, ze kterých je patrné, že dodané zařízení bude mít požadovaný rozměr $\text{Š} \times \text{H} \times \text{V} \leq 1200 \times 830 \times 610 \text{ mm}$, součástí dodávky bude vysokotlaká hadice včetně redukčního ventilu, zařízení je vhodné pro použití v prostředí nebezpečí výbuchu, vyhovuje pro uvedený provozní teplotní rozsah a vlhkost a byl doložen výpis z evidence skutečných majitelů (REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER) a struktura společnosti.

Komise v rámci posouzení nabídky dospěla jednomyslně k závěru, že dodavatel MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH objasnil/doplnil svoji nabídku a **splňuje** stanovené zadávací podmínky uvedené v ZD (viz tabulka níže).

Zadávací podmínky		Způsob prokázání (doklad)
Základní způsobilost	Splňuje ☒ Nesplňuje ☐	<i>čestné prohlášení ze dne 14.10.2025 podepsané jednatelem společnosti</i>
Profesní způsobilost	Splňuje ☒ Nesplňuje ☐	<i>čestné prohlášení ze dne 14.10.2025 podepsané jednatelem společnosti</i> <i>JUSSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH FIRMENBUCH výpis z obchodního rejstříku FN88025 z, HRB 5159 ze dne 14.10.2025</i>
Technická kvalifikace	Nebyla stanovena ☐ Splňuje ☒ Nesplňuje ☐	<i>čestné prohlášení ze dne 14.10.2025 podepsané jednatelem společnosti</i> <i>detailní technický popis zařízení včetně fotodokumentace</i> <i>doplnění údajů pro veřejnou zakázku podepsané jednatelem společnosti</i>
Jiné požadavky zadavatele	Nebyly stanoveny ☐ Splňuje ☒ Nesplňuje ☐	<i>Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci zakazu zadání zakázky z důvodu mezinárodních sankcí a o neexistenci střetu zájmů ze dne 14.10.2025, podepsané jednatelem společnosti.</i> <i>REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER ze dne 04.11.2025 včetně překladu do ČJ</i> <i>Unternehmensstruktur včetně překladu do ČJ</i> <i>Závazný návrh smlouvy ve formátu .docx dle čl. 11.6. ZD.</i>
Výsledek posouzení		
Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách	Splňuje ☒ Nesplňuje ☐	

7) Seznam dodavatelů vyzvaných k vysvětlení, resp. doplnění nabídky

MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH	FN88025 z
---------------------------------	-----------

8) Seznam vyřazených nabídek

Nabídka č.	Název dodavatele, sídlo	IČO
	<i>Žádná nabídka nebyla vyřazena</i>	

9) Závěr

Komise doporučuje zadavateli zadat tuto VZMR dodavateli **MAXIMATOR Hochdrucktechnik GmbH**.
Nabídka splňuje všechny podmínky a požadavky stanovené zadavatelem.

Za členy/náhradníky komise:

Jméno a příjmení	podpis
xxx	
xxx	
xxx	