

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI

(dále jen „zpráva o posouzení“)

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo zadavatele	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO	497 77 513
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Název veřejné zakázky	„Mobilní učebna sanitního vozu s živým přenosem do učebny“
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Termín konání komise	07.09.2021 v 10:10 hod – dálkově elektronicky

Výše uvedeného dne jednala komise dálkově, prostřednictvím e-mailové komunikace za účelem posouzení nabídky společnosti **Autocentrum Jan Šmucler spol. s r.o.** sídlo: Borská 59, 301 00 Plzeň, IČO: 26343673 obdržené v rámci předmětného zadávacího řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ neprovedl hodnocení dle ust. § 119 odst. 1 ZZVZ.

Dálkového jednání komise se zúčastnili členové a náhradníci a komise je tudíž usnášeníschopná.

Z dálkového jednání komise se omluvili člen komise PhDr. Petr Simbartl, Ph.D a člen komise Mgr. Stanislava Reichertová.

I. Posouzení splnění podmínek účasti účastníka zadávacího řízení s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

Komise posuzovala splnění kvalifikace výše zmíněného účastníka zadávacího řízení z hlediska požadavků stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávacími podmínkami.

Základní způsobilost splňuje účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění podmínek stanovených v ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. V souladu se zadávací dokumentací lze splnění základní způsobilosti prokázat předložením čestného prohlášení, jež bylo přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost splňuje účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění podmínek stanovených v ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. V souladu se zadávací dokumentací lze splnění profesní způsobilosti prokázat předložením čestného prohlášení, jež bylo přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Technickou kvalifikaci splňuje účastník zadávacího řízení, který podle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ předloží technický popis zboží, jež bude předmětem dodávky (např. např. katalog, technický list nebo prospekt)

Technickou kvalifikaci podle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží certifikáty:

- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný úchyt schodolezu
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikát držáku tiskárny
- dle ČSN EN 1789+A2 držák tabletu certifikovaný
- dle ČSN EN 1789+A2 stůl s certifikací
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikát zámku a kotvení podvozku nosítek v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 držák pro dvě desetilitrové LIV kyslíkové lahve
- dle ČSN EN 1789+A2 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev
- ČSN EN 1865-1:2010 a s certifikací dle ČSN EN 1789+A2 nosítka s oddělitelným polohovatelným podvozkem a matrací s integrovaným dětským zádržným systémem
- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor - ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 Transportní bateriová odsávačka
- 1 ks pravoúhlá LED přenosná svítidla s certifikací ATEX do zóny 0

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením certifikátů viz uvedeno výše.

Seznam dokladů, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje splnění podmínek účasti:

Základní způsobilost dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ	
Název dokladu	Splňuje prokázání způsobilosti
Čestné prohlášení - prokázání základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ ze dne 07.09.2021 potvrdil razítkem na základě plné moci Tomáš Larva – nabídka podepsána elektronicky jako celek -	ANO

Profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ	
Název dokladu	Splňuje prokázání způsobilosti
Výpis z Obchodního rejstříku – kopie	ANO

Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ

Název dokladu	Splňuje prokázání kvalifikace
1) Dokumenty k prokázání technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - detailní technický popis a fotografickou dokumentaci (např. katalog, technický list nebo prospekt) nabízeného zboží předložil dodavatel a to: v rámci cenové nabídky 2) Technickou kvalifikaci podle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží certifikáty: - dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný úchyt schodolezu - dle ČSN EN 1789+A2 certifikát držáku tiskárny - dle ČSN EN 1789+A2 držák tabletu certifikovaný* - dle ČSN EN 1789+A2 stůl s certifikací - dle ČSN EN 1789+A2 certifikát zámku a kotvení podvozku nosítek v nabídce* - dle ČSN EN 1789+A2 držák pro dvě desetilitrové LIV kyslíkové lahve* - dle ČSN EN 1789+A2 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev* - ČSN EN 1865-1:2010 a s certifikací dle ČSN EN 1789+A2 nosítka s oddělitelným polohovatelným podvozkem a matrací s integrovaným dětským zádržným systémem* - monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor - ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce* - ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 – certifikát musí být předložen přímo v nabídce* - dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením –	ANO

certifikát musí být předložen přímo v nabídce*

- dle ČSN EN 1789+A2 Transportní bateriová odsávačka*
- 1 ks pravoúhlá LED přenosná svítidla s certifikací ATEX do zóny 0*

2a) Účastník doložil:

- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný úchyt schodolezu
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikát držáku tiskárny
- dle ČSN EN 1789+A2 stůl s certifikací

2b) Účastník doložil – bude potřeba objasnění níže uvedených certifikátů:

- dle ČSN EN 1789+A2 certifikát zámku a kotvení podvozku nosítek v nabídce (u uvedeného
- certifikátu chybí „+A2“, které bylo požadováno v zadávací dokumentaci.
- dle ČSN EN 1789+A2 držák pro dvě desetilitrové LIV kyslíkové lahve (v podané nabídce
- dodavatel nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR1002").
- dle ČSN EN 1789+A2 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev (v podané nabídce dodavatel
- nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR202").
- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor - ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 (v podané nabídce komise nedohledala normu IP 54).
- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 (v podané nabídce komise nedohledala ochranu před nárazem, ale „ jen“ vibrace, otřesy a pád)

2c) Účastník nedoložil:

- dle ČSN EN 1789+A2 držák tabletu certifikovaný
- ČSN EN 1865-1:2010 a s certifikací dle ČSN EN 1789+A2 nosítka s oddělitelným

- polohovatelným podvozkem a matrací s integrovaným dětským zádržným systémem
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 Transportní bateriová odsávačka
- 1 ks pravoúhlá LED přenosná svítlna s certifikací ATEX do zóny 0

Dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace v plném rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise se na svém jednání dne 21.9.2021 rozhodla vyzvat dodavatele k vysvětlení nabídky.

Dodavatel měl vysvětlit nabídku:

Dodavatel měl vysvětlit nabídku doložením certifikátů:

- dle ČSN EN 1789+A2 držák tabletu certifikovaný
- ČSN EN 1865-1:2010 a s certifikací dle ČSN EN 1789+A2 nosítka s oddělitelným
- polohovatelným podvozkem a matrací s integrovaným dětským zádržným systémem
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 Transportní bateriová odsávačka
- 1 ks pravoúhlá LED přenosná svítlna s certifikací ATEX do zóny 0

Dodavatel měl vysvětlit nabídku objasněním níže uvedených certifikátů:

- dle ČSN EN 1789+A2 certifikát zámku a kotvení podvozku nosítek v nabídce (u uvedeného certifikátu chybí „+A2“, které bylo požadováno v zadávací dokumentaci.
- dle ČSN EN 1789+A2 držák pro dvě desetilitrové LIV kyslíkové lahve (v podané nabídce dodavatel nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR10O2").
- dle ČSN EN 1789+A2 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev (v podané nabídce dodavatel nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR2O2").
- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor - ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 (v podané nabídce komise nedohledala normu IP 54).
- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 (v podané nabídce komise nedohledala ochranu před nárazem, ale „ jen“ vibrace, otřesy a pád)

Dodavatel byl dne 21.9.2021 elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK vyzván k objasnění a doplnění nabídky. Lhůta pro doručení objasnění nabídky byla stanovena na 6 pracovních dnů ode dne

doručení žádosti, tj. do 30.9.2021 (včetně).

Dodavatel dne 30.9.2021 požádal prostřednictvím elektronického systému E-ZAK o prodloužení lhůty k objasnění a to do 8.10.2021.

Zadavatel této žádosti vyhověl a prodloužil dodavateli lhůtu k objasnění nabídky do 8.10.2021.

Dodavatel požadované objasnění a doplnění nabídky doručil dne 7.10.2021.

Dodavatel doložil certifikáty:

- dle ČSN EN 1789+A2 držák tabletu certifikovaný
- ČSN EN 1865-1:2010 a s certifikací dle ČSN EN 1789+A2 nosítka s oddělitelným
- polohovatelným podvozkem a matrací s integrovaným dětským zádržným systémem
- dle ČSN EN 1789+A2 certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením – certifikát musí být předložen přímo v nabídce
- dle ČSN EN 1789+A2 Transportní bateriová odsávačka
- 1 ks pravoúhlá LED přenosná svítidla s certifikací ATEX do zóny 0

Dodavatel objasnil certifikáty:

- *dle ČSN EN 1789+A2 certifikát zámku a kotvení podvozku nosítek v nabídce (u uvedeného certifikátu chybí „+A2“, které bylo požadováno v zadávací dokumentaci.*
- Dodavatel doplnil přílohu „Nosítka MEDIROL.pdf.“ – ROLFIX F102, která obsahuje ČSN EN 1789+A2
- *ČSN EN 1789+A2 držák pro dvě desetilitrové LIV kyslíkové lahve (v podané nabídce dodavatel nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR10O2").*
- Dodavatel objasnil nejasnost následujícím odůvodněním: LIV kyslíkové lahve je značení poskytovatele medicínálních plynů společnosti LINDE. V dokumentu objasnění nabídky ze dne 5.10.2021 poskytli informaci z webových stránek společnosti LINDE. Společnost SICAR, spol. s r.o. uvádí, že vlastní certifikovaný držák na kyslíkové lahve všech poskytovatelů medicínálních plynů – proto není v certifikátu zmíněna konkrétní láhev od konkrétního poskytovatele. Certifikát je tedy platný i pro LIV kyslíkové láhve.
- *dle ČSN EN 1789+A2 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev (v podané nabídce dodavatel nenabídl LIV kyslíkové lahve, ale "držák kyslíkové láhve 02 10l Sicar DR2O2").*
viz předchozí bod.
- *monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor - ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 (v podané nabídce komise nedohledala normu IP 54).*
- V příloze „Corpus IP55. pdf“ dodavatel zaslal technický list nabízeného defibrilátoru, kde je v části obecná specifikace uvedeno IP krytí vyšší než byl požadavek zadavatele a sice IP55.
- *ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 (v podané nabídce komise nedohledala ochranu před*

nárazem, ale „jen“ vibrace, otřesy a pád)

- dodavatel uvádí výše uvedený požadavek na ochranu před nárazem v příloze „Corpus.pdf“ – bod 3 (str.8) a bod 9 (str. 13 – 14).

Seznam dokladů, jejichž předložení požadoval zadavatel v zadávacích podmínkách, a dalších dokladů předložených nad rámec požadavků zadavatele:

Další doklady	
Název dokladu	Splňuje požadavky zadavatele
<i>Rámcová dohoda včetně její přílohy č. 1,* potvrdil razítkem na základě plné moci Tomáš Larva – nabídka podepsána elektronicky jako celek</i>	ANO
<i>Seznam poddodavatelů - potvrdil razítkem na základě plné moci Tomáš Larva – nabídka podepsána elektronicky jako celek</i>	ANO
<i>*Rámcová dohoda obsahuje přílohu č. 1 technickou specifikaci. Komise zjistila u podané nabídky v technické specifikaci, že účastník zadávacího řízení nedoplnil technický popis v technické specifikaci, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy.</i> Komise se na svém jednání dne 21.9.2021 rozhodla vyzvat dodavatele k vysvětlení nabídky. <u>Dodavatel měl vysvětlit nabídku:</u> doplněním technické specifikace č. 1 smlouvy, která bude následně použita jako příloha smlouvy. Dodavatel byl dne 21.9.2021 elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK vyzván k objasnění a doplnění nabídky. Lhůta pro doručení objasnění nabídky byla stanovena na 6 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, tj. do 30.9.2021 (včetně). Dodavatel dne 30.9.2021 požádal prostřednictvím elektronického systému E-ZAK o prodloužení lhůty k objasnění a to do 8.10.2021. Zadavatel této žádosti vyhověl a prodloužil dodavateli lhůtu k objasnění nabídky do 8.10.2021. Dodavatel požadované objasnění a doplnění nabídky doručil dne 7.10.2021. <u>Dodavatel doložil:</u> přílohu č. 1 smlouvy, kterou doplnil o popis, výrobce či obchodní název výrobku, případně potvrdil slovem „ano“, že uvedené splňuje.	

Zároveň se zadavatel rozhodl vyzvat k objasnění nabídky č. 2, kdy komise u podané nabídky zjistila, že v části cenová nabídka obsahuje větu platnosti nabídky a to 2 dny od jejího vytvoření.

Dodavatel byl dne 15.10.2021 elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK vyzván k objasnění nabídky. Lhůta pro doručení objasnění nabídky byla stanovena na 2 pracovní dny ode dne doručení žádosti, tj. do 19.10.2021 (včetně).

Dodavatel požadované objasnění nabídky doručil dne 15.10.2021.

Dodavatel doložil:

Dokument s vysvětlením a garancí platnosti cenové nabídky do dne dodání vozu.

Seznam dokladů, nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy:

Seznam dokladů před podpisem smlouvy	
Název dokladu	Splňuje podmínku uzavření smlouvy
<i>Doklady (elektronické originály, nebo konvertované doklady) – Základní, profesní způsobilost a technická kvalifikace</i>	<i>Dodavatel bude vyzván k předložení požadovaných elektronických nebo konvertovaných dokladů</i>
<u>Skuteční majitelé dle § 122 odst.4</u> <i>údaje o skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů</i>	<i>dodavatel je zapsán v evidenci skutečných majitelů</i> <i>Úplný výpis z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Plzni</i>

Na základě výše uvedeného komise konstatuje, že nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje zákonné požadavky a veškeré požadavky zadavatele, včetně předložení dokumentů požadovaných k prokázání kvalifikace účastníka zadávacího řízení.

II. Seznam vyřazených nabídek

Nabídka společnosti **Autocentrum Jan Šmucler spol. s r.o.** sídlo nebyla vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

III. Závěrečné doporučení

Komise shledala, že nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele, komise proto doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele **Autocentrum Jan Šmucler spol. s r.o.** sídlo: Borská 59, 301 00 Plzeň, IČO: 26343673.

Jednání komise bylo ukončeno dne 20.10.2021.

Lenka Vaculíková

Bc. Vilém Hodek

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Ing. Klára Gillernová