

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: Zvyšovač tlaku vodíku (2025)
Systémové číslo zakázky: P25V00000531
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
IČ: 49777513

Dne 17. 9. 2025 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Prosíme o upřesnění požadovaného minimálního průtoku vodíku při výstupních tlacích (v NI/min nebo m³/h)

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že průtok vodíku je závislý na sacím tlaku (tlaku ve vstupní lahvi), zadavatel stanovil tyto minimální požadavky:

1. Sací tlak: 20 bar; koncový tlak: 300 bar; při krátkodobém provozu (myšleno max 15minut) minimálně 190 NI/min, při dlouhodobém provozu minimálně 20 NI/min (dlouhodobý provoz je myšleno provoz 24/7)
2. Sací tlak: 50 bar; koncový tlak: 300 bar; při krátkodobém provozu minimálně 450 NI/min, při dlouhodobém provozu minimálně 60 NI/min
3. Sací tlak: 100 bar; koncový tlak: 300 bar; při krátkodobém provozu 850 NI/min, při dlouhodobém provozu 145 NI/min

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 10. 2025

V Plzni dne: viz elektronický podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
děkan