

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo zadavatele Identifikační číslo	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 497 77 513
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele	doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan Fakulty aplikovaných věd, z pověření PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., rektorky ZČU
Název veřejné zakázky	Dodávka univerzálního multifunkčního depozičního zařízení s diagnostikami pro projekt NTIS
Druh řízení	otevřené, nadlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	368929

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu depozičního zařízení pro řízenou přípravu tenkovrstvých materiálů s různými diagnostikami skládajícího se z následujících částí: Hlavní depoziční komora (mezni tlak 10-5 Pa) o průměru 55 až 61 cm a výšce 43 až 46 cm, vakuový čerpací systém, čtyři plazmové magnetronové zdroje (průměr terče 5 cm), jeden kruhový magnetron (průměr terče 10 cm) s nastavitelným magnetickým polem, hmotnostní filtr klastrů, měření tlaku pracovního plynu, držák substrátů o průměru 10 cm s možností rotace, ohřevu do 850°C a záporného předpětí, systém pro výměnu vzorků bez zavzdušnění depoziční komory (load-lock), přívod pracovních plynů pro nezávislé řízené napouštění až čtyř plynů do depoziční komory, řízené elektrické zdroje pro činnost všech magnetronů (vysokovýkonový unipolární pulzní zdroj, duální pulzní zdroj s opakovací frekvencí až 350 kHz pro dvojici magnetronů, stejnosměrný kontinuální zdroj a dva radiofrekvenční zdroje), elektrické sondy pro měření napětí a proudu elektrických zdrojů s USB osciloskopem, chladič systém a řídicí systém depoziční aparatury.

Dále jsou součástí zařízení následující systémy pro diagnostiku výbojového plazmatu a tenkovrstvých materiálů během jejich vytváření a počítačové řízení experimentů: Monitor tloušťky rostoucí vrstvy, systém pro časově a prostorově rozlišenou optickou emisní spektroskopii, systém Langmuirovy sondy s prostorovým a časovým rozlišením, systém pro chromatografická měření, analyzátor procesního plynu a softwarové a hardwarové vybavení pro počítačové řízení experimentů. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace: Technické podmínky Zařízení.

Cena sjednaná ve smlouvě:

21.842.000,- Kč bez DPH

Zvolené zadávací řízení:

Otevření řízení

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče

Obchodní firma nebo název:	MIT, spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Klánova 71/56, 147 00 Praha 4
Právní forma:	Právnícká osoba
IČ:	46348395

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku č. 3 jako nejvýhodnější podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Obchodní firma nebo název:	Není.
Sídlo / místo podnikání:	
IČ:	
Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný uchazeč těmto osobám zadat:	

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Obchodní firma nebo název:	MIKRO, spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Lísky 1022/94, Brno 624 00
IČ:	41604326
Nabídková cena:	23.942.850,-
Obchodní firma nebo název:	PAP & spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Vančurova 1868, Most 434 01
IČ:	41327021
Nabídková cena:	26.490.000,-
Obchodní firma nebo název:	MIT, spol. s r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Klánova 71/56, Praha 4 147 00
IČ:	46348395
Nabídková cena:	21.842.000,-

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění

jejich vyloučení	
Obchodní firma nebo název:	Není.
Sídlo / místo podnikání:	
IČ:	
Odůvodnění vyloučení:	

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77 zákona, pokud došlo k takovému vyloučení	
Obchodní firma nebo název:	Není.
Sídlo / místo podnikání:	
IČ:	
Odůvodnění vyloučení:	

8. Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:	
Není.	

V Plzni dne 21. března 2014


.....
doc. Ing. František Vávra, CSc.
děkan Fakulty aplikovaných věd, z pověření