

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Zařízení pro přípravu fólií pro TEM a vzorků pro SEM a EBSD s využitím iontového bombardu**

Evidenční číslo zakázky: 374562

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
IČO: 497 77 513
se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zástupce zadavatele: **Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o.**
IČO: 02476649
se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29293

Zástupce Zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě žádosti dodavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Specifikace požadavků na naprašovačku v sestavě pro 1. část VZ “SEM-FIB mikroskop” je nepřesná a umožňuje dodat zařízení různorodé kvality ve značném cenovém rozpětí. Není uvedeno, zda má naprašovačka splňovat kritérium kvality naprašování pro mikroskop s vysokým rozlišením (FEG)? V takovém případě musí být naprašovačka vybavena turbo-molekulární pumpou (TMP). Stávající specifikace nevylučuje nabídku naprašovačky s obyčejnou rotační pumpou a toto řešení nebude pro zadavatele po praktické stránce vyhovující.

Odpověď:

Zadavatel trvá na stávající specifikaci technických požadavků na naprašovačku, která je pro jeho potřeby postačující.

V Plzni dne 13. 5. 2014

Mgr. Eva Straková, advokátka
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele