

určeno všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky: **NANOINDENTOR II**

Evidenční číslo zakázky: **486384**

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO: 497 77 513

Zástupce zadavatele: **Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**
se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň
IČO: 02476649

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz:

V odstavci 4.5 Technické kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje doložení detailního technického popisu určeného k dodání včetně barevného fotografie nebo prospektu. Z dokumentu musí přitom jednoznačně vyplývat splnění všech požadovaných technických podmínek.

Některé technické parametry se obtížně prokazují pomocí prospektu či fotografie. Jakým způsobem lze prokázat splnění následujících parametrů přístroje?

- 1) Povolný šum přístroje (noise floor) pro sílu pro nano-zatížení v rozsahu min. 10 μ N-10 mN o velikosti max. 50 nN a pro mikro-zatížení nad 10 mN maximálně 0,02 mN.
- 2) Povolný šum přístroje pro posuv (Displacement Noise Floor) pro nano-zatížení v rozsahu min. 10 μ N-10 mN o velikosti max. 0,2 nN a pro mikro-zatížení nad 10 mN maximálně 0,6 mN.
- 3) Pracovní komora je schopná dosáhnout ustálené teploty 400 °C (při ohřevu z pokojové teploty za max. 5 minut. Homogenní rozložení teploty uvnitř komory musí zabránit vzniku gradientů na vzorku.
- 4) Všechny měřicí režimy a metody zpracování výsledků jsou k dispozici v rozsahu teplot od pokojové teploty do minimálně 750 °C a to minimálně pro zátěžné síly v oblasti nanoindentace.
- 5) V celém rozsahu teplot lez provádět SPM minimálně pomocí nanoindentační hlavy.

Odpověď:

Technické parametry, které nelze prokázat prostřednictvím prospektu či fotografie, uchazeč prokazuje popisem zboží, z něhož musí vyplývat splnění požadovaných minimálních vlastností a parametrů

nabízeného Zařízení. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud nabídne Zařízení, které nebude obsahovat požadované tech. parametry, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

V Plzni dne 20.06.2014



.....
JUDr. Petra Volín
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o.
v plné moci za zástupce zadavatele