

Navrhované technické řešení

Projekt: RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky

Číslo: CZ.1.05/2.1.00/003.0094

Výzva: Měřicí a laboratorní přístroje 045-2015

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Dodavatel:


TNZ, s.r.o.
Jos. Polácha 1413
763 31 Brumov-Bylnice

Vypracováno: 2.7.2015

Navrhované řešení pro „Testovací měnič – konfigurace 1200V“

Použité komponenty:

1. 1x IPM modul SKiiP613GD123-3DUL firmy Semikron
2. 6x Kondenzátor PVAJP24-1,1/415 firmy ZEZ-SILKO
3. 1x Radiální ventilátor, 615 m3/hod




Obr. 1 - Grafické znázornění navrhovaného řešení pro varianty 1200V

Navrhované řešení pro „Testovací měnič – konfigurace 1700V“

Použité komponenty:

4. 1x IPM modul SKiiP513GD172-3DUL firmy Semikron
5. 4x Kondenzátor PVAJP34-1,3/500 firmy ZEZ-SILKO
6. 1x Radiální ventilátor, 615 m3/hod



Obr. 2 - Grafické znázornění navrhovaného řešení pro varianty 1700V