

Laboratorní a měřicí technika (II.) 017 - 2016

Ilaha_c_1_Kupni_smlouvy_techicka_specifikace_LMT-(II.)-017-20:

- Vyplní se automaticky
- Vyplní uchazeč (po vyplnění se buňka podbarví žlutou barvou)

					[DOPLNÍ UCHAZEČ]						[DOPLNÍ UCHAZEČ]		
Položka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak UCHAZEČ (dodavatel) uvede na fakturu NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1	Měřicí ústředna - Dataloger pro termočlánky	1	ks	Minimálně 8 kanálový dataloger pro kontrolu teploty kalických médií pomocí termočlánků. Vzorkování 1000 za sekundu. Použitelný pro termočlánky typu K, J, S, R, N. Připojení k PC (napájení přes USB). Ovladače. Dodavatel musí zajistit zkušební měření na sondě ZČU v Plzni.	OM-DAQ-USB-2401	ANO	Analýza povrchů konstrukčních celků a nástrojů metodou integrity povrchu a dopady na užité vlastnosti, r.č. SGS-2015-016.	Ing. Jiří Šimeček, tel.: 37763 8340	Univerzitní 22, Plzeň, UF 250	16 000,00 Kč	15 280,00 Kč	15 280,00 Kč	VYHOVUJE

Informace pro uchazeče: Pokud se uchazeči při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení podle ust. § 76 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
16 000,00 Kč	15 280,00 Kč